

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ze dne 10. 8. 2020

NÁZEV ZAKÁZKY

STERILIZAČNÍ PŘÍSTROJ PRO STODSKOU NEMOCNICI

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/73/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	3325/CN/20	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000186
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7864.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/176469				
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Alan Sutnar PhD., předseda představenstva Ing. Marek Kýhos, MBA, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Janoušková Renata			E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 10. 8. 2020 obdržel zadavatel od jednoho z potencionálních dodavatelů následující žádosti o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na kterou tímto odpovídá.

Žádost o vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně odpovědí zadavatele:

Dotaz č. 1 :

Dobrý den,

chtěl bych podat dotaz k Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 7.8.2020. V dotazech byla vznesena žádost o navýšení roční částky za poskytování BTK z 10.000 vč. DPH na min. 15.000,- bez DPH, protože náklady na tyto služby nebylo reálné do původního limitu dostat. Dle zmíněného vysvětlení byl tento limit sice navýšen na požadovanou minimální částku, nicméně do něho byl zároveň přidán požadavek na validace. Validace je časově náročný proces, jak u zákazníka, tak následně administrativně při zpracování její dokumentace. Pokud by měla být součástí ročního paušálu dle vašich požadavků, tak by bylo třeba tento limit zvýšit na 30.000,- bez DPH. Zdůrazňuji, že tato částka je již výrazně ponížena oproti standardním cenám výrobce sterilizátorů a

nepočítá s riziky, které mohou během 8 let nastat. Připouštíte toto navýšení ceny pozáručního servisního paušálu?.

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel tímto upřesňuje svůj požadavek na provádění pozáručního servisu a validaci sterilizačního přístroje. V rámci poskytování záručního servisu budou prováděny PBTK a další požadované činnosti bezplatně dle znění čl. VII bod 12. Kupní smlouvy.

V rámci pozáručního servisu po uplynutí záruční doby zadavatel ve vysvětlení ZD č. 1 připustil navýšení ceny na 15 000,00 Kč bez DPH.

Dále zadavatel upřesňuje, že požadavek na provedení validace bude předkládat zadavatel (tj. Stodská nemocnice) samostatně, případně s PBTK a cena validace nepřekročí a nebude vyšší než 15 000,00 Kč bez DPH.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK **v detailu příslušné veřejné zakázky** (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7864.html).

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK, **v detailu příslušné veřejné zakázky** (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7864.html)

Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny podstatné změny a úpravy ZD zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 18. 8. 2020 do 10.00 hod.

V Plzni dne 10. 8. 2020

Mgr. Renata Janoušková
Administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace
v zastoupení zadavatele