

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ze dne 10. 8. 2020

NÁZEV ZAKÁZKY

INKONTINENČNÍ POMŮCKY A DĚTSKÉ PLENY PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2020

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/85/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	3322/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000315
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7993.html https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7994.html https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7995.html https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7996.html https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7997.html				
ZADAVATEL:	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	29107245
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Marek Kýhos, MBA, předseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, místopředseda představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková			E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 5. 8. 2020 a dne 7. 8. 2020 byly prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace potencionálních dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

1. Bod 4, 6.2. zadávací dokumentace (dále jen ZD) a Příloha č. 1_Technická specifikace – „Dodávané inkontinenční pomůcky musí mít řádnou registraci Státního úřadu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“)“. Zákon vyžaduje, aby dodavatel registroval na SÚKL zdravotnické výrobky bezpečnostní třídy IIa, IIb a III včetně implantabilních. Předmětem této veřejné zakázky jsou inkontinenční pomůcky pro dospělé bezp. tř. I, které nemusí být registrovány v registru RZPRO a dětské plenkové kalhotky, které nejsou definovány jako zdravotnický výrobek. Dovolujeme si proto požádat o upuštění tohoto požadavku ze zadávací dokumentace a jejích příloh.

Odpověď zadavatele:

Jestliže uvedený zákon umožňuje výjimku z registrační povinnosti, jak je citováno v dotazu, požadovaný doklad v nabídce nemusí být doložen.

Také v souvisejícím ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) je stanoveno, že doklad musí být předložen, jen pokud jej jiné právní předpisy nevyžadují.

Zadavatel v takovémto případě nepožaduje, aby dodavatel při zpracování své nabídky a jednotlivých dokumentů, informace vztahující se k registraci předmětu plnění v SUKL uváděl.

Co se týká profesní způsobilosti, dodavatel předloží platné Potvrzení o registraci podle zákona č. 268/2014 Sb., vydané SÚKL. Dodavatel musí být jakožto osoba (výrobce či distributor) zacházející se zdravotnickými prostředky registrován SÚKL v registru zdravotnických prostředků v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. Kvalifikaci podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel sám nebo může využít jiné osoby, resp. poddodavatele, který část této kvalifikace prokáže. Poddodavatel poté doloží před uzavřením Rámcové dohody doklady a písemný závazek v souladu s § 83 ZZVZ.

Dotaz č. 2:

2. Bod 8 ZD - Předpokládaná hodnota VZ - Žádáme o úpravu výše částky s DPH v části 3 na 573.254,44.-Kč. Dětské plenkové kalhotky nepodléhají snížené sazbě DPH (15%). Nejsou uvedeny v příloze č. 3 "Seznam zboží podléhající snížené sazbě Zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty" a nejsou ani v seznamu oddílu A přílohy č. 3 Zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Přesná citace zákona zní: "Ve snížené sazbě jsou kromě jiného i "Zdravotnické prostředky podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků, pokud se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebo které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o veřejném zdravotním pojištění".

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a jejích částí v čl. 8 ZD.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a posouzení nabídek v jednotlivých částech veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem všech položek příslušné části VZ za období 48 měsíců, nemá hodnota VZ a jejích částí, uvedená v Kč včetně DPH žádný vliv na posouzení a hodnocení nabídek. Je na dodavateli, aby řádně stanovil výši daně z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH.

Přesná výše sazby DPH bude upravena před uzavřením finální Rámcové dohody s vybraným, dodavatelem.

Dotaz č. 3:

3. Bod 5 ZD – Technické podmínky – nabízený předmět plnění musí mít označení CE. Označení CE nesou jen zdravotnické výrobky. Dětské plenkové kalhotky, které jsou uvedeny v části 3 nejsou zdravotnickým výrobkem, neboť dětská inkontinence je fyziologický stav. Proto si dovoluujeme požádat o vypuštění tohoto požadavku ze zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje požadavky uvedené v bodu 5. Technické podmínky ZD. V části 3 VZ – Plenkové kalhotky dětské, zadavatel uvádí, že u položek v dané části VZ nemusí být doloženo přímo označení shody CE, ale dodavatel doloží u těchto výrobků jiné relevantní označení shody. V případě nejasností, bude dodavatel vyzván k objasnění nebo doplnění nabídky.

Dotaz č. 4:

4. Bod 6.3. ZD Pojistná smlouva - Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil platnou pojistnou smlouvu v každé části VZ, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a zejména pro případ způsobení škody na majetku Kupujícího či na zdraví třetích osob s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každou pojistnou událost v kalendářním roce. Prosíme o potvrzení, že požadavek zadavatele lze splnit předložením jedné pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1.000.000,00 Kč pro každou ze čtyř vypsanych částí VZ.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí že, na každou část VZ bude předložena samostatná pojistná smlouva s min. částkou 1 000 000,00 Kč. Předložení jedné pojistné smlouvy na více částí je přípustné v případě, že limitní částka bude odpovídat alespoň součtu minimálních částek v jednotlivých částech, na které dodavatel podává nabídku.

Dotaz č. 5:

5. Bod 9.10 ZD Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů - Dovolujeme si požádat zadavatele o potvrzení, že základní a profesní způsobilost lze prokázat předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 zák. č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odpověď zadavatele:

Ano. Je stanoveno v § 226 a násl. ZZVZ.

Dotaz č. 6:

6. Příloha č.1 ZD Technická specifikace, část 1, velikosti M a L - Zadavatel v požadavcích technické kvalifikace stanoví minimální a maximální rozměr plenkových kalhotek pro dospělé s tolerancí +/- 15 %. Naše certifikované plenkové kalhotky jsou nepatrně menší než uvádí požadavky technické specifikace po zohlednění tolerance, konkrétně o 1,5 cm u plenek velikosti M a o 2 cm u plenek velikosti L. Jelikož jsou plenky vyráběny z plně elastických materiálů, které se přizpůsobí tělu, jsme schopni kompletně pokrýt požadavky zadavatele v rámci produktové řady. Dovolujeme si požádat zadavatele, zda bude akceptovat v nabídce pro kategorii plen medium (M) - typ 2, 3 a 4 plenkové kalhotky o minimálním rozměru 75 cm namísto požadovaných 76,5 cm po započtení tolerance a pro kategorii plen large (L) - typ 2 a 4 plenkové kalhotky o minimálním rozměru 100 cm namísto požadovaných 102 cm po započtení tolerance.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na svých požadavcích uvedených v zadávacích podmínkách a nebude akceptovat řešení uvedené v zaslaném dotazu. Ve svých požadavcích na předmět plnění veřejné zakázky zadavatel stanovil maximální rozměrovou toleranci ve výši 15%. Zadavatel je toho názoru, že uvedená tolerance je dostatečná.

Dotaz č. 7:

7. Příloha č.1 ZD Technická specifikace, část 2, plenkové kalhotky typ 3 - Technická specifikace uvádí požadavek na savost plenkových kalhotek typu 3 ve výši minimálně 4.500 ml. Tento požadavek na savost je značně nadhodnocen, neboť neodpovídá množství moči vyloučené dospělým uživatelem inkontinenčních pomůcek ani za 24 hodin. Zdravý člověk vyloučí v průměru 1,5 litrů moči za 24 hodin. Standardně jsou plenkové kalhotky měněny minimálně po 6 hodinách, což odpovídá cca 500 ml moči na jednu inkontinenční pomůcku. U nemocných pacientů (např. s diuretickou léčbou) může být množství moči vyšší, ale je stále nereálné, aby pacient vyloučil víc než 1,5 litru moči v časovém úseku 6 hodin respektive 8 hodin v případě plenkových kalhotek určených pro použití na noc. Dovolujeme si proto požádat zadavatele o snížení požadavku na minimální savost u plenky typu 3 na 3.500 ml.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že v části 2: Plenkové kalhotky pro dospělé – noční, trvá na svém požadavku uvedeném v Příloze č. 1 ZD_ Technická specifikace včetně cenové nabídky (kalkulace), u plenkových kalhotek typu č. 3. a to 4500 ml. Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení ZD připouští toleranci ve výši 10% na minimální savost předmětů plnění v části 2.

Dotaz č. 8:

8. Příloha č.1 ZD Technická specifikace, část 4 - Tolerance u savosti podložek +/- 10ml. Obvyklá tolerance činí +/- 5 % pro savosti všech typů podložek. Zadavatel stanovuje v technické specifikaci toleranci +/- 10 ml, což v přepočtu na procenta představuje toleranci 2,5 % pro podložky typu 1 (savost 400ml) a pro podložky typu 3 (savost 1.000 ml) toleranci pouze 1 %. Dovolujeme si požádat zadavatele o upravení technické specifikace sjednocením výše tolerance savosti pro všechny typy podložek a stanovení tolerance savosti podložek na obvyklých pět procent.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že v části 4: Absorpční podložky, trvá na svých požadavcích uvedených v Příloze č. 1 ZD_ Technická specifikace včetně cenové nabídky (kalkulace). Zadavatel v technické specifikaci stanovil požadavek minimální savosti podložek a též stanovil toleranci ve výši 10 ml na tento požadavek. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (vyšší savostí), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

Tolerance savosti pro všechny typy podložek je jednotná a to 10 ml.

Dotaz č. 9:

9. čl. XIII. Bod 10 Návrhu rámcové dohody (dále jen "RD") – S ohledem na charakter dodávaných výrobků žádáme o vypuštění části požadavku zadavatele z návrhu RD na umožnění vstupu kontrolnímu orgánu při případné finanční kontrole do sídla dodavatele a jakýchkoliv jeho prostor a pozemků souvisejících s realizací VZ. Zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. se týká výhradně finanční kontroly ve veřejné správě. Kontrolovanou osobou je vždy ten, kdo je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem. Usnesení tohoto zákona se tak vztahuje na zadavatele a nikoli na dodavatele. Připouštíme, že případná kontrola zadavatele může spočívat i v kontrole příslušných dodávek a dokladů o dodávkách realizovaných dodavatelem. Oprávněný je tedy požadavek na spolupráci dodavatele s kontrolními orgány, nicméně umožnění vstupu do sídla dodavatele a jakýchkoli jeho prostor je v tomto případě nadbytečný, neboť v prostorách dodavatele se mohou nacházet pouze doklady, které je možné na žádost zadavateli vydat.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že znění čl. XIII, bod 10 Rámcové dohody bude vhodně upraveno v souladu s požadavkem před uzavřením Rámcové dohody s vybraným dodavatelem. Tento požadavek nemá souvislost s předmětem veřejné zakázky a dále bude postupováno dle příslušných právních předpisů.

Dotaz č. 10:

10. čl. XIII. Bod 5 Návrhu RD na zákon č. 101/2000 Sb. Dovolujeme si upozornit zadavatele, že RD odkazuje v tomto bodě na zákon o ochraně osobních údajů, který již neplatí. Tento zákon byl zrušen v roce 2019 a nahrazen novým zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v návaznosti na nařízení GDPR.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto uvádí, že se jedná se o formální administrativní přepis. Z kontextu je zřejmé, že po zrušení zákona 101/2000 Sb. je třeba postupovat dle platného zákona č. 110/2019 Sb.

Dotaz č. 11:

Dovolujeme si požádat o vysvětlení zadávací dokumentace:

V textu Rámcové dohody jsou uvedené smluvní pokuty vysoké a nevyvážené mezi smluvními stranami – jsou jednostranně výhodné, zároveň však má účastník potvrdit, že jsou zcela přiměřené. Dovolujeme si zadavatele upozornit na tuto nevyváženost a žádáme o úpravu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na znění článku IX. Rámcové dohody, týkajícího se smluvních pokut. S ohledem na skutečnost, že zúčastněnými zadavateli jsou jednotlivé nemocnice (zdravotnická zařízení) Plzeňského kraje, je zadavatel jako ovládající osoba, oprávněn stanovit vlastní obchodní a platební podmínky. Smyslem sankcí je potřeba vhodně zajistit závazky, když na dodavateli závisí veškeré plnění, zatímco jednotlivé nemocnice tvoří část odběratelů. Zadavatel přihlédl ke standardním obchodním podmínkám používaným v organizacích Plzeňského kraje.

Ve veřejných zakázkách je přípustné stanovit obchodní a sankční podmínky ve prospěch zadavatele, který zpravidla není profesionálem na trhu v oblasti předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 12:

Uvedenou rámcovou dohodu nelze ze strany prodávajícího vypovědět. Dovolujeme si požádat o doplnění možnosti výpovědi i pro stranu prodávajícího.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí (rovněž obecněji i k dalším dotazům), že institut žádostí o dodatečné informace dle § 98 ZZVZ neslouží k vyjednávání o zadávacích a smluvních podmínkách zadavatele. Je zájmem zadavatele, aby vybraný dodavatel řádně poskytoval plnění po celou dobu trvání RD. Zadavatel očekává, že nabídku podají dodavatelé, kteří chtějí poskytovat plnění po celou dobu trvání Rámcové dohody.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK **v detailech příslušných částí veřejné zakázky.**

Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětlením, resp. změnou či doplněním zadávací dokumentace před podáním nabídky a reflektovat její znění v podané nabídce.

Vzhledem k výše uvedenému upřesnění zadávacích podmínek zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 21 kalendářních dnů. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 1. 9. 2020 do 10:00 hodin.

V souvislosti s touto skutečností se také automaticky mění termín pro otevírání nabídek. Otevírání nabídek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nový termín pro otevírání nabídek je tedy stanoven na 1. 9. 2020.

V Plzni

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace