

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE					
NÁZEV ZAKÁZKY					
NÁKUP RESPIRÁTORŮ FFP2					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/16/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	209/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000035
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8352.html				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
CENTRÁLNÍ ZADAVATEL:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Daniela Rychtová				
E-MAIL:	daniela.rychtova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	II. sk. VZMR

Ve věci centralizované veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup respirátorů FFP3“, administrátor podává následující **vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**.

Administrátor obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a podává následující vysvětlení:

Celé znění:

Dovolujeme si upozornit na chybu v zadávací dokumentaci, kde je uvedeno "třída ochrany N95 nebo KN95". Žádná taková třída ochrany pro respirátory legálně prodávané v EU neexistuje. KN95 je standard pro respirátory certifikované pro Čínu a N95 je klasifikace pro respirátory používané v USA. Správná třída ochrany, která je platná v EU, by měla být FFP2. Žádáme zadavatele o opravu.

Dále požadavek "zachycuje aerosoly, prachové a smogové částice či pyl. Blokuje až 95% 0,3 mikrometru částic" je irelevantní, protože vychází z normy pro třídu FFP2. Navíc tento požadavek není ve shodě s platnou normou, která stanovuje filtrační účinnost na 94%.

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si upozornit na chybu v zadávací dokumentaci, kde je uvedeno "třída ochrany N95 nebo KN95". Žádná taková třída ochrany pro respirátory legálně prodávané v EU neexistuje. KN95 je standard pro respirátory

certifikované pro Čínu a N95 je klasifikace pro respirátory používané v USA. Správná třída ochrany, která je platná v EU, by měla být FFP2.

Odpověď k dotazu č. 1:

Centrální zadavatel uvádí, že dle zjištěných informací jsou respirátory N95 / KN95 srovnatelné s FFP2. Dodavatel má v případě podání nabídky možnost materiál vyšších uživatelských vlastností za podmínky, že zajistí minimálně stejnou ochranu jako druh požadovaného materiálu.

Dotaz č. 2:

Dále požadavek "zachycuje aerosoly, prachové a smogová částice či pyl. Blokuje až 95% 0,3 mikrometru částic" je irrelevantní, protože vychází z normy pro třídu FFP2. Navíc tento požadavek není ve shodě s platnou normou, která stanovuje filtrační účinnost na 94%.

Odpověď č. 2:

Na základě informací Ministerstva zdravotnictví České republiky, které jsou zveřejněny na jejich webových stránkách, vychází centrální zadavatel z následujících tříd ochrany:

Třída ochrany	FFP2	N95	KN95
Filtrační účinnost	≥ 94 %	≥ 95 %	≥ 95 %

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Ve veřejné zakázce malého rozsahu nelze podat námitky.

V Plzni

Mgr. Daniela Rychtová

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace