

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ze dne 6. 4. 2021

NÁZEV ZAKÁZKY

REDONOVY LÁHVE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/21/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1025/21/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000065
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8382.html				
ZADAVATEL:	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	29107245
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva Mgr. Petr Suchý, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III. skupina

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 2. 4. 2021 byl prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace jednoho z potencionálních dodavatelů, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, chtěli bychom se zeptat, jestli zadavatel bude akceptovat délku spojovací hadice 125 cm. Zadavatel v příloze 1, technická kvalifikace, požaduje, že spojovací hadice musí " být dlouhá 110 cm. (tolerance +/-10%)". Délka se zadavatelem udávanou tolerance +10% vychází na 121cm. Na trhu se prodávají délky hadiček odstupňované po 5 a 10 cm, např. 100, 120, 125, 130 cm apod. Dále vycházíme z předpokladu, že delší hadička je lépe manipulovatelná, s menším rizikem zalomení, s možností pověšení láhve.

Navrhujeme, aby zadavatel zvýšil procento tolerance anebo stanovil maximální a minimální délky, které jsou z hlediska jeho provozních potřeb přípustné.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že bude akceptovat délku spojovací hadice 110 až 125 cm (tolerance +/-10%)

Zadavatel současně přikládá novou Přílohu č. 1 Výzvy_Technická specifikace vč. ocenění_ve znění Vysvětlení č. 1 ze dne 6. 4. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK **v detailu veřejné zakázky.**

Dodavatelé jsou povinni seznámit se s vysvětlením, resp. změnou či doplněním zadávací dokumentace před podáním nabídky a reflektovat její znění v podané nabídce.

Vzhledem k výše uvedenému upřesnění zadávacích podmínek zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 kalendářní dny. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 16. 4. 2021 do 10:00 hodin.

V souvislosti s touto skutečností se také automaticky mění termín pro otevírání nabídek. Otevírání nabídek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nový termín pro otevírání nabídek je tedy stanoven na 16. 4. 2021.

V Plzni

Mgr. Renata Janoušková
administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace