

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 6. 12. 2021

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, A.S.

ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ČÁST 1: Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 6N
ČÁST 2: Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 9N
ČÁST 3: Vyšetřovací rukavice latexové bez pudru
ČÁST 4: Operační rukavice latexové s pudrem
ČÁST 5: Operační rukavice latexové bez pudru
ČÁST 6: Operační rukavice latexové bez pudru mikrozdrcené (neuro)
ČÁST 7: Vyšetřovací rukavice nitrilové prodloužené bez pudru 9N

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/144/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	4846/CN/21	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000659
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8976.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/244933				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573468-2021:TEXT:CS:HTML				
ZADAVATEL:	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.				
SÍDLO:	Vejpřnická 663/56, Plzeň, 301 00			IČO:	29107245
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva Mgr. Petr Suchý – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jiří Zedník				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpřnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 23. 11. 2021, 30. 11. 2021 a 6. 12. 2021 byly prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od potencionálních dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

V části 4, 5 a 6 je požadováno splnění „Zkouška na endotoxiny LS-AG BRD“

Dotaz:

Může nám zadavatel uvést, co je přesně myšleno „Zkouška na endotoxiny LS-AG BRD“ a jaké hodnoty máme v této zkoušce hledat?

Odpověď zadavatele:

Certifikát LSAG testuje přítomnost endotoxinů. Endotoxiny se na rukavice dostanou ze špinavých výrob nebo od nemocných zaměstnanců. Při sterilizaci se zabíjí, ale i jako mrtvé způsobují v operačních ranách záněty a komplikují hojení. U USH se endotoxiny netestují, neboť nepřicházejí do styku s otevřenými operačními poli. I tak je ale důležité, aby zadavatel dbal na původ výrobce, neboť i nečisté USH významně přispívají ke vzniku nozokomiálních nákaz. Zadavatel požaduje předložení testu (test reportu, certifikátu) o provedení zkoušky na přítomnost endotoxinů u operačních rukavic.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

žádáme Vás o upřesnění požadavku na vzorky nabízených produktů. Zadavatel požaduje vzorky pro každou nabízenou položku a každou nabízenou velikost, a to v 1 originálním balení. U vyšetřovacích rukavic předpokládáme, že jde o požadavek na jedno balení á 100 (200ks) od každé velikosti a druhu. U operačních nám to tak jednoznačně nepřijde. Můžeme dodat po 1 páru od každé velikosti a druhu rukavic ke každé části VZ? Nebo si zadavatel představuje, že ode všech uchazečů obdrží od každé velikosti krabici á 50 párů? Což by tedy bylo u každého druhu celkově dost velké množství vzorků, pokud každý nabízí min sedm velikostí. Děkujeme za upřesnění

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že u vyšetřovacích rukavic požaduje jedno balení od každé velikosti a druhu.

U operačních rukavic zadavatel připouští dodání vzorků, a to od každého typu a každé velikosti v množství jednoho páru rukavic.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

prosíme o vysvětlení ZD, část 1, 2, 3 a 7

Zadavatel požaduje u vyšetřovacích rukavic certifikát ASTM F1671, Tyto parametry pokrývá ČSN EN ISO 374-5, Bude zadavatel akceptovat doložení ČSN EN ISO 374-5 místo ASTM F1671?

Dále Zadavatel u vyšetřovacích rukavic požaduje splnění normy EN 374- 3. Bude zadavatel akceptovat doložení ČSN EN 16523-1, která nahradila normu EN 374-3?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel sděluje, že ve všech položkách vyšetřovacích rukavic bude akceptovat předložení certifikátu ČSN EN ISO 374-5 místo ASTM F1671 a dále ČSN EN 16523-1 namísto EN 374-3.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK **v detailech příslušných částí 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 veřejné zakázky.**

Vzhledem k výše uvedenému upřesnění zadávacích podmínek ve výše uvedených částech zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek v částech 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 VZ je stanovena do **11. 1. 2022 do 10:00 hodin.**

V souvislosti s touto skutečností se také automaticky mění termín pro otevírání nabídek v příslušných částech VZ. Otevírání nabídek bude zahájeno bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nový termín pro otevírání nabídek je tedy stanoven na 11. 1. 2022.

V Plzni dne 6. 12. 2021

Mgr. Renata Janoušková
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
v zastoupení zadavatele