

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ZE DNE 7. 12. 2021

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, A.S.

ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ČÁST 1: Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 6N
ČÁST 2: Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 9N
ČÁST 3: Vyšetřovací rukavice latexové bez pudru
ČÁST 4: Operační rukavice latexové s pudrem
ČÁST 5: Operační rukavice latexové bez pudru
ČÁST 6: Operační rukavice latexové bez pudru mikrozdrcené (neuro)
ČÁST 7: Vyšetřovací rukavice nitrilové prodloužené bez pudru 9N

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/144/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	4855/CN/21	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000659
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8976.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/244933				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:573468-2021:TEXT:CS:HTML				
ZADAVATEL:	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, Plzeň, 301 00			IČO:	29107245
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva Mgr. Petr Suchý – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jiří Zedník				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	ne				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 6. 12. 2021 byla prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z potencionálních dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, v příloze 1 ZD aktualizované ve znění vysvětlení č. 2 je v oddílech pro části 5 a 6 požadavek, aby poptávané rukavice (sterilní bez pudru část 5 a sterilní bez pudru (neuro) část 6) byly zdravotnickým prostředkem třídy I. Což je dle legislativy třídění zdravotnických prostředků chybně. Jedná se pravděpodobně o administrativní chybu. Mělo by být správně třída IIa.

Současně si jako uchazeč nejsme jistí, zda je nutné striktně vyžadovat sterilizaci jen gama zářením - bude zadavatel akceptovat i ostatní druhy sterilizace, které jsou relevantní dle obvyklých výrobních postupů?
děkujeme za odpovědi

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že v Příloze č. 1 ZD_Technická specifikace vč. ocenění, došlo k administrativnímu přepisu. Požadované zboží – rukavice, je zařazeno dle směrnice o zdravotnických prostředcích do třídy IIa.

Dále zadavatel uvádí, že v části 4, 5 a 6 VZ požaduje sterilizaci gama zářením, ale bude akceptovat i jiné relevantní druhy sterilizace. Dodavatel doloží doklad o provedení sterilizace.

Zadavatel přikládá novou Přílohu č. 1 ZD_Technická specifikace vč. ocenění ve znění Vysvětlení č. 4.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK **v detailech částí veřejné zakázky**.

Vzhledem k výše uvedenému upřesnění zadávacích podmínek ve výše uvedených částech a vzhledem k tomu, že do konce lhůty pro podání nabídek zbývá dostatečně dlouhá doba zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro otevírání nabídek zůstává zachována a to do 11. 1. 2021.

V Plzni dne 7. 12. 2021

Mgr. Renata Janoušková
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
v zastoupení zadavatele