

<b>VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1</b>					
<b>NÁZEV ZAKÁZKY</b>					
<b>ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. – OPERAČNÍ SÁLY - VZMR</b>					
<b>SPISOVÁ ZNAČKA:</b>	CN/79/CN/21	<b>ČÍSLO JEDNACÍ:</b>	884/22/CN	<b>SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:</b>	P21V00000684
<b>ODKAZ - EZAK:</b>	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9001.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9001.html</a>				
<b>ODKAZ VVZ:</b>					
<b>ODKAZ TED:</b>					
<b>Číslo VZ v systému MS2014+:</b>	VZ 0011 (1D5N9PVZ)				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Klatovská nemocnice, a.s.</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01	<b>IČO:</b>	<b>263 60 527</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA – člen představenstva				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Ing. Luboš Čapek – referent VZ</b>				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	<b>IČO:</b>	72046635		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	<b>Mgr. Daniela Procházková, vedoucí právního oddělení</b>				
<b>E-MAIL:</b>	<b>daniela.prochazkova@cnpk.cz</b>				
<b>DRUH VZ:</b>	Dodávky		VZ malého rozsahu	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	poptávkové řízení
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 17. 2. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

**Dotaz č. 1:**

*Parametr: rozsah zaostření 48 mm*

*Dotaz: Umožňuje zadavatel rozsah zaostření 40 mm?*

**Odpověď zadavatele:** Neumožňuje.

**Dotaz č. 2:**

*Parametr: posun osy XY 60 x 60 mm*

*Dotaz: Umožní zadavatel posun osy XY 40 x 40 mm?*

**Odpověď zadavatele:** Neumožní.

Tyto dané parametry v technické specifikaci jsou vzhledem k zamýšlenému medicinskému využití v oční operativě minimální.

Dále zadavatel stanovil, je to tak napsáno v technických specifikacích, že: „*u všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %*“.

Což konkrétní dodavatelem dotazované parametry nesplňují.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se mění **na 1. 3. 2022 do 10:00.**

V Plzni

**Mgr. Daniela Procházková**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace