



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

Zdravotnické přístroje pro Klatovskou nemocnici a.s. – Zobrazovací technika – Část 3 - USG

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/154/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	932/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000515
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8832.html				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0012 (1BduaOVZ)				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01			IČO:	263 60 527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Čapek – referent VZ				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák, odborný referent				
E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz				
DRUH VZ:	dodávky		VZ malého rozsahu	DRUH ŘÍZENÍ:	poptávkové řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 18. 2. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Start systému z úplného vypnutí do 70 s

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj se startem z úplného vypnutí do 85s?

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na době vypnutí do 70 s z důvodu rychlého vypnutí při převozu přístroje.

Dotaz č. 2: Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Automatické zvětšení okolí kurzoru při měření pro přesné umístění kaliperů - lupa

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj bez automatického zvětšení okolí kurzoru? Nabízený přístroj disponuje velmi kvalitní funkcí Zoom/HD Zoom, která je schopna tuto funkci plně nahradit.

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na funkci lupy. Pouhým zoomem a HD zoomem nelze tuto funkci nahradit.

Dotaz č. 3: Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Automatická optimalizace zesílení barevného dopplerovského módu na základě detekovaných toků.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj bez automatické optimalizace zesílení barevného dopplerovského toku?

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na automatické optimalizaci zesílení barevného dopplerovského módu na základě detekovaných toků z důvodu zjednodušení a zefektivnění pracovního postupu.

Dotaz č. 4: Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Lineární sonda vysokofrekvenční min. 3-16MHz s šíří max. 40mm

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s lineární sondou s frekvenčním rozsahem 3 až 12 MHz?

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na frekvenčním rozsahu 3-16 MHz z důvodu uvažovaných vyšetření.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

Mgr. Daniela Procházková
vedoucí právního oddělení
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace