

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - VYŠETŘOVACÍ SVĚTLA

Část 2 – Vyšetřovací lampa nástěnná

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/204/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1205/22/CN	SYSTÉMOV É ČÍSLO VZ:	P22V00000047
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9270.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/261113				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95055-2022:HTML:CS:HTML&tabId=1&tabLang=cs				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0007 (1B9g9PVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková			E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 09. 03. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci pro část 2 zadavatel požaduje „ bílé světlo teplota světla 4500 K“ s tolerancí +/- 10%

Dotaz: bude zadavatel akceptovat bílé světlo teploty světla 4000K ?

Odpověď zadavatele:

NE, zadavatel trvá na technické specifikaci.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Dominika Komašková

právnička
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace