

Betonová deska o kvalitě min. C20/25 pro kotvení nové technologie SPECT/CT.
Tloušťka betonové desky min. 110 mm. Betonová deska provedena v úrovni okolní
čisté podlahy. Rovinnost +/- 6 mm v celé ploše nové betonové desky (bez lokálních
nerovností). Zajišť dodavatel stavby. Hmotnost gantry SPECT/CT cca 3362 kg,
hmotnost patientského stolu cca 1140 kg (zadní část cca 189 kg).

