

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA UPGRADE

### Část 2 – Upgrade MRI

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/155/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1394/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000747
ODKAZ E-ZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9064.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9064.html</a>				
ODKAZ VVZ:	<a href="https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/261251">https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/261251</a>				
ODKAZ TED:	<a href="https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97608-2022:TEXT:EN:HTML&amp;src=0">https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97608-2022:TEXT:EN:HTML&amp;src=0</a>				
Číslo VZ v systému MS2014+:	0003 (1qGvDjVZ)				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Klatovská nemocnice, a.s.</b>				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Čapek				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	<b>Mgr. Dominika Komašková</b>	E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 24. 03. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

**Dotaz č. 1:** V dokumentu „Příloha č.2 ZD\_Technická specifikace\_Zobrazovací technika upgrade.xlsx“ k veřejné zakázce „ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA UPGRADE“, zadavatele „Klatovská nemocnice, a.s.se sídlem Plzeňská 929, Klatovy, 339 01“, požadujete v části 2 (MR): „Minimálně 16-kanálové rigidní dedikované cívky pro vyšetření ramenního kloubu (malá a velká)“

V nové verzi upgradu Vašeho současného přístroje Magnetom AVANTO, tedy upgradu Magnetom AVANTO Fit Biomatrix, která splňuje všechny ostatní požadavky a krom toho přináší oproti starší verzi (AVANTO Fit) i řadu nových volitelných SW i HW doplňků, je v nabídce ramenní cívka pouze jedné velikosti, konstrukčně vyřešena tak, aby pokryla ramenní vyšetření všech velikostí ramenního kloubu.

Dotaz: Pripouštíte splnění tohoto požadavku pouze jednou ramenní cívkou při zachování požadavku na vyšetření ramenního kloubu všech velikostí?

**Odpověď zadavatele:** V Příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technické specifikaci je stanoveno, že „Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele.“ Navrhované řešení dodavatele odpovídá této možnosti, jedná se o parametr lepší a splňuje daný medicínský účel. Zadavatel tedy **bude akceptovat** navrhované řešení dodavatele.

#### **Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Mgr. Dominika Komašková**  
právnička  
Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace