

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA Část 2 – Pojízdný RTG					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/154/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1305/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000519
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00008836				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0003				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLLO:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák	E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 25. 3. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejná zakázce zadavatele Klatovská nemocnice, a.s. s názvem „Zdravotnické přístroje pro Klatovskou nemocnici, a.s.“ – Zobrazovací technika, část VZ č. 2 – Pojízdný RTG, příloha ZD „Technická specifikace“.

Zadavatel v této příloze požaduje „Nejméně 3 reference o použití v zemích EU na renomovaných pracovištích (státní anebo univerzitní pracoviště)“.

Ovšem v zadávací dokumentaci bod 3.3 Technická specifikace zadavatel uvádí tento požadavek:

Rozsah: Min. 2 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Předmětem dodávek jsou dodávky zdravotnických přístrojů. Významnou dodávkou se rozumí dodávka 1 ks dle předmětu části VZ.

Uchazeč předpokládá, že se jedná o administrativní nedopatření a že platí znění uvedené v zadávací dokumentaci bod 3.3. Požadavek uvedený v technické specifikaci se nám totiž jeví jako nestandardní, až diskriminační. Bude tedy zadavatel akceptovat významné dodávky obdobného přístroje dle znění zadávací dokumentace?

Odpověď zadavatele:

Ano, jedná se o administrativní nedopatření, platí znění uvedené v zadávací dokumentaci bod 3.3., tedy min. 2 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Předmětem dodávek jsou dodávky zdravotnických přístrojů. Významnou dodávkou se rozumí dodávka 1 ks dle předmětu části VZ.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje „Hmotnost přístroje max. 480 kg“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s hmotností 560 kg při zachování vynikajícího pohybu a lehké obsluhy?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stávajících technické specifikaci na základě potřeb zadavatele pro maximální klinické využití. Z průzkumu trhu vyplývá, že minimálně 3 společnosti tento požadavek splňují.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje „Transportní výška max. 1 400 mm, průchodnost dveřmi širokými 60 cm“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s šířkou přístroje 67 cm? Podle našich znalostí se ve zdravotnických zařízeních takto úzké dveře nevyskytují.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stávajících technické specifikaci na základě potřeb zadavatele pro maximální klinické využití. Z průzkumu trhu vyplývá, že minimálně 3 společnosti tento požadavek splňují.

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje „Zapnutí a přihlášení do systému pomocí čtečky RFID (radiofrekvenční identifikace čipovou kartou) pro ověřování uživatelů“.

Tento požadavek se nám jeví jako nestandardní, až diskriminační. Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce bez této funkcionality?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stávajících technické specifikaci. Zadavatel již v nemocnici využívá systém čipových karet pro identifikaci personálu, který postupně rozšiřuje i pro ostatní služby a další využití.

Dotaz č. 5:

Zadavatel požaduje „Výkon generátoru min. 40 kW“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s výkonem generátoru 32 kW, který je podle našich zkušeností naprosto běžné a dostačující pro snímkování pacientů na lůžku i ve fakultních nemocnicích?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stávajících technické specifikaci na základě potřeb zadavatele pro maximální klinické využití. Z průzkumu trhu vyplývá, že minimálně 3 společnosti tento požadavek splňují.

Dotaz č. 6:

Zadavatel požaduje „Napětí generátoru min. rozsah 40-150 kV“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s rozsahem napětí generátoru 40-133 kV, které je podle našich zkušeností naprosto běžné a dostačující pro snímkování pacientů na lůžku i ve fakultních nemocnicích?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stávajících technické specifikaci na základě potřeb zadavatele pro maximální klinické využití. Z průzkumu trhu vyplývá, že minimálně 3 společnosti tento požadavek splňují.

Dotaz č. 7:

Zadavatel požaduje „Min. rozsah generátoru 0,1-500 mAs“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s rozsahem generátoru 0,5-320 mAs, který je podle našich zkušeností naprosto běžný a dostačující pro snímkování pacientů na lůžku i ve fakultních nemocnicích?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stávajících technické specifikaci na základě potřeb zadavatele pro maximální klinické využití. Z průzkumu trhu vyplývá, že minimálně 3 společnosti tento požadavek splňují.

Dotaz č. 8:

Zadavatel požaduje „Velikost ohnisek rentgenky max.0,6/1,3 mm“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s velikostí ohnisek rentgenky 0,7/1,3 mm, což je podle našich zkušeností naprosto běžný a dostačující parametr pro snímkování pacientů na lůžku i ve fakultních nemocnicích?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel souhlasí se změnou parametru ohniska rentgenky 0,7/1,3 mm.

Dotaz č. 9:

Zadavatel požaduje „Automaticky (motorizovaně) zařazované přídavné filtry dle zvolené projekce“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s motorizovaným kolimátorem s pevnými filtry?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stávajících technické specifikaci na základě potřeb zadavatele pro maximální klinické využití. Z průzkumu trhu vyplývá, že minimálně 3 společnosti tento požadavek splňují.

Dotaz č. 10:

Zadavatel požaduje „Live kamera zabudovaná v kolimátoru“.

Tento požadavek se nám jeví jako nestandardní, až diskriminační. Navíc u přístroje tohoto typu nevidíme žádné opodstatnění a kladné využití live kamery. Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce bez této funkcionality?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stávajících technické specifikaci na základě potřeb zadavatele pro maximální klinické využití. Z průzkumu trhu vyplývá, že minimálně 3 společnosti tento požadavek splňují.

Dotaz č. 11:

Zadavatel požaduje „Uživatelské rozhraní akviziční stanice v češtině“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s uživatelským rozhraním v anglickém jazyce?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stávajících technické specifikaci na základě potřeb zadavatele pro maximální klinické využití. Z průzkumu trhu vyplývá, že minimálně 3 společnosti tento požadavek splňují.

Dotaz č. 12:

Zadavatel požaduje „Barevný dotykový monitor min. 21“, náhled snímku do 3 sec.“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s barevným dotykovým monitorem s úhlopříčkou 17“ a náhledem snímku do 5 sec?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na stávajících technické specifikaci na základě potřeb zadavatele pro maximální klinické využití. Z průzkumu trhu vyplývá, že minimálně 3 společnosti tento požadavek splňují.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace