

<b>VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1</b>					
NÁZEV ZAKÁZKY					
<b>ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. - INTENZIVNÍ TECHNIKA</b>					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/95/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1524/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000877
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9194.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9194.html</a>				
ODKAZ VVZ:	<a href="https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/264584">https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/264584</a>				
ODKAZ TED:	<a href="https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148817-2022:TEXT:CS:HTML">https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148817-2022:TEXT:CS:HTML</a>				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Rokycanská nemocnice, a.s.</b>				
SÍDLO:	<b>Voldušská 750, Rokycany, 337 22</b>	IČO:	<b>26360900</b>		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	<b>Mgr. Jaroslav Šíma - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva</b>				
POVĚŘENÁ OSOBA:	<b>Ing. Michal Filař</b>				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	<b>Mgr. Bc. Michaela Bervidová</b>				
E-MAIL:	<b>michaela.bervidova@cnpk.cz</b>				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 31. 3. 2022 byly doručeny 2 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, přičemž první žádost se vztahovala k části 1 – Defibrilátor s monitorem a druhá k části 2 – EKG klasické předmětné VZ, na které zadavatel tímto odpovídá.

#### **DOTAZY K ČÁSTI 1 – DEFIBRILÁTOR S MONITOREM:**

**Dotaz č. 1:** Valná většina světových výrobců defibrilátorů vyrábí defibrilátory s bifázickým výbojem o maximální výši 200 J. Velikost bifázického výboje 200 J je dle studií šetrnější pro pacienta a se srovnatelným efektem jako defibrilátor s výbojem 360 J. Bude zadavatel akceptovat bifázický defibrilátor 200 J s defibrilací v manuálním módu, nastavitelný rozsah 1 - 200 J (Wattsekund) minimálně v 15ti krocích?

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel sděluje, že bude akceptovat bifázický defibrilátor 200 J s defibrilací v manuálním módu, nastavitelný rozsah 1 - 200 J (Wattsekund) minimálně v 15ti krocích. Změnu zadavatel

promítl do Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 2:** Bude zadavatel akceptovat bifázický defibrilátor s intervalem nabití na 200 J max. za 5 sekund?

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel sděluje, že bude akceptovat bifázický defibrilátor s intervalem nabití na 200 J do 5 sekund. Změnu zadavatel promítl do Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 3:** Ve výběrovém řízení na defibrilátory je technický požadavek: "možnost použití nalepovacích (multifunkčních) defibrilačních/stimulačních elektrod".

Znamená tato podmínka, že defibrilátor musí umožňovat použití nalepovacích (multifunkčních) defibrilačních/stimulačních elektrod?

**Odpověď zadavatele:** Ano, zadavatel potvrzuje, že defibrilátor musí umožňovat použití nalepovacích (multifunkčních) defibrilačních/stimulačních elektrod. Zadavatel upřesnil tento požadavek v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 4:** Ve výběrovém řízení na defibrilátory je technický požadavek: "může mít, ale není podmínkou AED defibrilační mód, hlasové navádění v ČJ, zobrazení postupu AED módu na displeji".

Pokud bude mít defibrilátor AED režim, musí být hlasové navádění v ČJ?

**Odpověď zadavatele:** Ano, zadavatel potvrzuje, že pokud bude mít defibrilátor AED režim, pak musí být hlasové navádění v ČJ. Zadavatel upřesnil tento požadavek v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 5:** Ve výběrovém řízení na defibrilátory je technický požadavek: "možnost synchronizované kardioverze".

Znamená tato podmínka, že defibrilátor musí umožňovat provádět synchronizovanou kardioverzi?

**Odpověď zadavatele:** Ano, zadavatel potvrzuje, že defibrilátor musí umožňovat provádění synchronizované kardioverze. Zadavatel upřesnil tento požadavek v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 6:** Ve výběrovém řízení na defibrilátory je technický požadavek: "provozní kapacita baterie zobrazená na displeji a samostatně na baterii bez nutnosti zapnutí přístroje".

Bude zadavatel akceptovat defibrilátor s provozní kapacitou baterie zobrazenou na displeji při zapnutém defibrilátoru?

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel sděluje, že bude akceptovat defibrilátor s provozní kapacitou baterie zobrazenou na displeji při zapnutém defibrilátoru. Změnu zadavatel promítl do Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 7:** Ve výběrovém řízení na defibrilátory je technický požadavek: "kapacita baterie min. na 240 minut monitorování, min. 200 výbojů 360 J (NE pouze 200J)".

Bude zadavatel akceptovat bifázický defibrilátor 200 J s kapacitou baterie na 8 hodin monitorování, min. 240 výbojů 200 J?

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel sděluje, že bude akceptovat bifázický defibrilátor 200 J s kapacitou baterie na 8 hodin monitorování, min. 240 výbojů 200 J. Změnu zadavatel promítl do Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 8:** Ve výběrovém řízení na defibrilátory je technický požadavek: "interní tiskárna, tisk min. tří křivek najednou, min. šířka papíru 50 mm, rychlost tisku min. 6,25, 12,5, 25, 50 mm/s".

Bude zadavatel akceptovat bifázický defibrilátor s interní tiskárnou 25 mm/s, a který zároveň splňuje ostatní výše uvedené požadavky na tiskárnu defibrilátoru"?

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel sděluje, že bude akceptovat bifázický defibrilátor s interní tiskárnou s rychlostí tisku 25 mm/s, který zároveň splňuje ostatní výše uvedené požadavky na tiskárnu defibrilátoru (tj. interní tiskárna, tisk min. tří křivek najednou, min, šířka papíru 50 mm). Změnu zadavatel promítl do Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 9:** Bude zadavatel požadovat, aby defibrilátor obsahoval též integrovaný držák určený k zavěšení defibrilátoru na postel při případném transportu pacienta?

**Odpověď zadavatele:** Ano, zadavatel bude požadovat, aby defibrilátor obsahoval integrovaný držák určený k zavěšení defibrilátoru na postel při případném transportu pacienta. Doplnění tohoto požadavku technické specifikace zadavatel promítl do Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

## **DOTAZY K ČÁSTI 2 – EKG KLASICKÉ:**

**Dotaz č. 10:** Ve výběrovém řízení na EKG je technický požadavek: "rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s". Bude zadavatel akceptovat EKG s rychlostí posuvu papíru 12,5/25/50 mm/s?

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel sděluje, že bude akceptovat EKG s rychlostí posuvu papíru 12,5/25/50 mm/s. Změnu zadavatel promítl do Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 11:** Ve výběrovém řízení na EKG je technický požadavek: "součástí dodávky musí být export základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (nikoliv její obrázek v pdf, tif, jpg...)"

Bude zadavatel akceptovat EKG s možností následného budoucího rozšíření exportu EKG křivky v datové podobě? Nabízený nový EKG přístroj provádí standardní export základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky do PC (obrázek v pdf) a tisk na EKG papír.

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel sděluje, že bude akceptovat EKG s možností následného budoucího rozšíření exportu EKG křivky v datové podobě. Součástí dodávky musí být export základních dat pacienta

(rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky do PC v PDF a tisk EKG na papír. Změnu zadavatel promítl do Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 12:** Poměrně důležitým technickým parametrem pro kvalitu EKG záznamu je hodnota VZORKOVACÍ FREKVENCE. Může zadavatel uvést minimální hodnotu VZORKOVACÍ FREKVENCE pro EKG přístroj?

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel stanovuje minimální hodnotu vzorkovací frekvence: **31 000 HZ**. Doplnění tohoto požadavku technické specifikace zadavatel promítl do Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 13:** Zadavatel neuvedl hodnotu „Frekvenčního rozsahu“ EKG. Je možno uvést, jakou minimální hodnotu má mít "Frekvenční rozsah" EKG?

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel stanovuje minimální hodnotu frekvenčního rozsahu EKG: **0-250 HZ (IEC/AHA)**. Doplnění tohoto požadavku technické specifikace zadavatel promítl do Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. Upravená Příloha č. 2 tvoří součást tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Upozornění:**

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace, která by mohla zapříčinit rozšíření okruhu potencionálních dodavatelů, zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro Část 1 – Defibrilátor s monitorem a pro Části 2 – EKG klasické o celou její původní délku**. Lhůta pro podání nabídek pro tyto dvě části je stanovena do **11. 5. 2022 do 10:00 hod.** Lhůta pro podání nabídek pro ostatní části předmětné veřejné zakázky zůstává nezměněna.

Přílohy: Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace – upravená 5. 4. 2022

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

**Mgr. Bc. Michaela Bervidová**  
administrátor  
Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace