



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA - VZMR

Část 1 - Rektoskop

Část 2 - Sušící a skladovací skříň (na sušení a skladování flexibilních endoskopů)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/163/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3429/CN/21	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000572
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8889.html				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0014 (1AihTaVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, Rokycany, 337 22			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař – člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková			E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	poptávkové
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Výzva k podání nabídky s přílohami je zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, na které se nevztahují postupy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ). Veřejná zakázka je zařazena do III. skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Obsah

1 ADMINISTRÁTOR	4
2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA	4
1.1. Veřejná zakázka	4
2.2 Části VZ	5
2.3 Předmět veřejné zakázky	5
2.4 Termín a místo plnění	5
2.5 Vyhrazená změna závazku	6
2.6 Odpovědné veřejné zadávání	6
3 KVALIFIKACE	7
3.1 Základní způsobilost	7
3.2 Profesní způsobilost	7
3.3 Technická kvalifikace	7
3.4 Ostatní ustanovení	8
4 OBCHODNÍ PODMÍNKY	9
4.1 Návrh smlouvy	9
5 POŽADAVKY ZADAVATELE	9
5.1 Požadavky na plnění veřejné zakázky	9
5.2 Krycí list	10
5.3 Technická specifikace	10
5.4 Prohlášení k OVZ	10
5.5 Poddodavatelé	10
5.6 Pojištění	10
5.7 Požadavky kontrolního orgánu	10
6 NABÍDKOVÁ CENA	11
6.1 Zpracování nabídkové ceny	11
6. 2 Limitace nabídkové ceny	11
7 HODNOCENÍ	11
7.1 Hodnotící kritérium	11
7.2 Způsob hodnocení nabídek	11
8 NABÍDKA	12
8.1 Lhůta pro podání nabídek	12
8.2 Forma a obsah nabídky	12
9 POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ	13
9.1 Vysvětlení zadávací dokumentace	13
9.2 Prohlídka místa plnění	13

9.3 Otevírání, kontrola a hodnocení nabídek	13
9.4 Rozhodnutí o výběru, vyloučení a zrušení	13
9.5 Součinnost a uzavření smlouvy	13
9.6 Uveřejnění	13
10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	14
10.1 E-ZAK.....	14
10.2 Komunikace	14
10.3 GDPR.....	14
10.4 Výhrady zadavatele	15
11 PŘÍLOHY	15

1 ADMINISTRÁTOR

Administrátor zastupuje zadavatele při provádění všech úkonů, které souvisí s poptávkovým řízením, na základě příkazní smlouvy o zastoupení. Zadavateli jsou vyhrazena rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o vyloučení dodavatele, rozhodnutí o zrušení poptávkového řízení a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

1.1. Veřejná zakázka

Název:

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA - VZMR

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky rozdělená na části, zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. S vybraným dodavatelem v příslušné části VZ bude uzavřena smlouva, jejíž plnění odpovídá předmětu příslušné části veřejné zakázky.

CPV kódy:

Hlavní CPV kódy:

33100000-1 - Zdravotnické přístroje

33168000-5 - Endoskopie, endochirurgické přístroje

51410000-9 - Instalace a montáž zdravotnických přístrojů

50420000-5 - Opravy a údržba zdravotnických vč. chirurgických přístrojů

CPV kódy částí:

Část 1 – Rektoskop

33168000-5 - Endoskopie, endochirurgické přístroje

Část 2 – Sušící a skladovací skříň (na sušení a skladování flexibilních endoskopů)

33168000-5 - Endoskopie, endochirurgické přístroje

Hlavní detail veřejné zakázky v E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8889.html

Na této adrese dodavatelé naleznou zadávací podmínky, odkaz na jednotlivé části VZ, vysvětlení zadávací dokumentace a další informace o veřejné zakázce.

Předpokládaná hodnota VZ činí **926 277,67 Kč** bez DPH za celou dobu plnění. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě průzkumu trhu a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.

Veřejná zakázka je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2014 – 2020, REACT-EU.

Název projektu: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s.

Identifikační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395

Číslo výzvy: Výzva č. 98

Operační program: IROP 2014 – 2020, REACT-EU

Zpracovateli zadávacích podmínek jsou zaměstnanci zadavatele a administrátora. Technické specifikace přístrojů zpracoval ve spolupráci se zaměstnanci zadavatele nezávislý odborný konzultant Ing. Vladimír Bičík, CSc.

Předběžné tržní konzultace nebyly realizovány.

Zadavatel využil ustanovení § 18 odst. 3 ZZVZ a vyhlásil tuto část VZ jako veřejnou zakázku malého rozsahu, neboť hodnota této VZ nepřesahuje 20 % souhrnné předpokládané hodnoty VZ a je nižší než částka stanovená nařízením vlády. Hlavní veřejnou zakázkou je nadlimitní VZ pod názvem „**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA**“ s předpokládanou hodnotou **9 714 606,01 Kč bez DPH.**

Předpokládaná hodnota VZ pod názvem „**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA - VZMR**“ činí **926 277,67 Kč bez DPH**.

Souhrnná předpokládaná hodnota obou veřejných zakázek činí **celkem 10 640 883,68 Kč bez DPH**.

2.2 Části VZ

Veřejná zakázka je **rozdělena na 2 části**.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo na obě části VZ.

Část VZ	Název VZ	Předpokládaná hodnota bez DPH	Detail VZ v E-ZAK
Část 1	Rektoskop	142 997,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_displ ay_9210.html
Část 2	Sušící a skladovací skříň (na sušení a skladování flexibilních endoskopů)	783 280,67 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_displ ay_9211.html

2.3 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele.

Část VZ	Předmět VZ	Počet kusů
Část 1	Rektoskop	1 ks
Část 2	Sušící a skladovací skříň (na sušení a skladování flexibilních endoskopů)	1 ks

Bližší specifikace předmětu plnění jednotlivých částí VZ, parametry přístrojů a další požadavky zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 2 Výzvy – Technická specifikace na příslušném listu, a rovněž v Příloze č. 3 Výzvy – Návrh kupní smlouvy (na příslušnou část VZ).

Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Dodavatel zajistí provádění BTK po celou záruční lhůtu u všech částí VZ v souladu s Přílohou č. 3 Výzvy – Návrh kupní smlouvy. Dodavatel u všech částí VZ je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu po dobu alespoň 5 let po skončení záruční doby.

Součástí dodávky bude doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístrojů a zaškolení obsluhy.

Účelem VZ je vybavení nemocnice zdravotnickou technikou. Cílem poptávkového řízení je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

2.4 Termín a místo plnění

Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou s dodací lhůtou do **12 týdnů** od účinnosti kupní smlouvy. Uzavření smluv se předpokládá v květnu 2022.

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Dodavatel vyrozumí zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným datem dodání, aby byl zadavatel připraven poskytnout mu potřebnou součinnost a předmět smlouvy převzít.

2.5 Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si:

- vyhrazuje prodloužení dodací lhůty v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa, válečný stav nebo celosvětově nedostupná součást zařízení. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původní dodací lhůty nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.
- vyhrazuje navýšení kupní ceny v případě změny sazby DPH v daňových předpisech.
- vyhrazuje prodloužení předpokládaného termínu uzavření smlouvy, pokud dojde k průtahům v poptávkovém řízení. Stanovená dodací lhůta v týdnech zůstane zachována.

Zadavatel si:

- vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.

Jestliže dojde v důsledku uplatnění této výhrady k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část dodávek tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části dodávek.

2.6 Odpovědné veřejné zadávání

Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel zohlednil zásadu tím, že je veřejná zakázka rozdělena na 2 části. Šanci uspět mají menší a střední dodavatelé.

Zadavatel dále zohlednil zásadu, když požaduje, aby poskytovatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Tato povinnost poskytovatele je zakotvena v obchodních podmínkách VZ.

Dále v Prohlášení k OVZ (Příloha č. 5 Výzvy) zadavatel požaduje od poskytovatele předložení čestného prohlášení, kde se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO).

V rámci Přílohy č. 5 Výzvy dodavatel prohlásí, že bude dodržovat pracovněprávní předpisy a mezinárodní úmluvu ILO.

Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel zohlednil zásadu ve čl. 7 Výzvy, když zvolil dílčí hodnotící kritérium délka záruky s váhou 10 %. Pozitivně bude hodnoceno zařízení s delší zárukou.

Zadavatel dále zohlednil tuto zásadu ve čl. 5.1 Výzvy, když požaduje předložení dokladu o shodě, jehož nedílnou součástí je označení přístroje značkou CE.

Dále zadavatel požaduje, aby předmět plnění neobsahoval v žádné části látky, které jsou zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), určených podle článku 57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), včetně látek případně doplněných na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Dodavatel předloží v rámci Přílohy č. 5 Výzvy čestné prohlášení o neexistenci látek vzbuzujících mimořádné obavy.

Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, že poptává po technologické i uživatelské stránce zařízení, které odpovídá jeho potřebám a při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.

3 KVALIFIKACE

Dodavatel prokáže splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

3.1 Základní způsobilost

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 4 Výzvy. Způsobilost musí být splněna nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Základní způsobilost dodavatel prokáže u všech částí VZ, na které podává nabídku.

Před uzavřením Kupní smlouvy vybraný dodavatel předloží související doklady v elektronickém originále nebo ověřené (konvertované) kopii.

3.2 Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 4 Výzvy. Dodavatel musí splnit požadavek, aby byl:

- a) **zapsán v obchodním rejstříku**, příp. jiné obdobné evidenci, je-li to právním předpisem požadováno; týká se pouze dodavatelů, kteří jsou právnickými osobami; výpis z OR nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky,
- b) **oprávněn k podnikání** – oprávnění dodavatel prokáže doložením skutečnosti, že je **oprávněn podnikat** v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, když disponuje alespoň živnostenským oprávněním „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“,
- c) **odborně způsobilý** nebo disponoval osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; dodavatel musí být **evidován v Registru zdravotnických prostředků** vedeným Státním ústavem pro kontrolu léčiv, jako osoba zacházející se zdravotnickými prostředky v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a zákonem č. 89/2021 Sb., v platném znění.

Profesní způsobilost dodavatel prokáže u všech částí VZ, na které podává nabídku.

Před uzavřením Kupní smlouvy vybraný dodavatel předloží na vyzvání zadavatele související doklady v elektronickém originále nebo ověřené (konvertované) kopii.

3.3 Technická kvalifikace

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží:

- a) **seznam významných dodávek**

Rozsah: Min. 2 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky přede dnem podání nabídky. Předmětem dodávek jsou dodávky zdravotnických přístrojů. Významnou dodávkou se rozumí dodávka 1 ks dle předmětu části VZ.

Část VZ	Název VZ	Hodnota referenční zakázky – cena za 1 ks přístroje bez DPH
Část 1	Rektoskop	min. 70 248,00 Kč bez DPH
Část 2	Sušící a skladovací skříň (na sušení a skladování flexibilních endoskopů)	min. 390 690,00 Kč bez DPH

Způsob prokázání pro všechny části VZ: seznam podle Přílohy č. 4 Výzvy – Vzor prohlášení a formulářů; v seznamu se doplní název zakázky, objednatel, datum dodání, hodnota v Kč bez DPH a stručný popis.

b) popis opatření k zajištění kvality předmětu dodávky

Rozsah: Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že disponuje minimálně jedním řádně proškoleným technikem k řádnému provedení předmětu zakázky.

Způsob prokázání pro všechny části VZ: čestné prohlášení podle Přílohy č. 4 Výzvy – Vzor prohlášení a formulářů.

3.4 Ostatní ustanovení

K prokázání kvalifikace v nabídce stačí předložení **čestného prohlášení** podle Přílohy č. 4 Výzvy nebo **seznamu** podle Přílohy č. 4 Výzvy. Dodavatel je oprávněn předložit kopie dokladů ke kvalifikaci. V elektronické nabídce nemusí být čestné prohlášení podepsáno. Podepsáním elektronické nabídky se má za to, že jsou podepsány všechny dokumenty dodavatele v nabídce.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku (jsou-li předkládány), nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem podání nabídky.

Prokazuje-li dodavatel kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, zejména poddodavatelů, předloží nejpozději před uzavřením smlouvy písemný závazek jiné osoby (poddodavatele) k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění VZ, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Zadavatel je oprávněn požadovat prohlášení této osoby o kvalifikaci nebo kopie dokladů o kvalifikaci.

K prokázání kvalifikace je dodavatel oprávněn odkázat na odpovídající informace v informačním systému veřejné správy nebo obdobném systému s neomezeným dálkovým přístupem. Odkaz bude obsahovat internetovou adresu a je-li potřeba, také údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.

Přípustné je odkázat na doklady doložené dodavatelem v jiné VZ, pokud jsou aktuální. Dodavatel je oprávněn odkázat na seznam kvalifikovaných dodavatelů, kterým se prokazuje základní a profesní způsobilost.

Před uzavřením smlouvy bude předložen kvalifikační doklad v elektronickém originále nebo ověřené (konvertované) kopii.

Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci, bude vyloučen z poptávkového řízení.

Při výkladu prokázání kvalifikace se přihlédne k obdobným ustanovením § 73 až § 88 ZZVZ.

4 OBCHODNÍ PODMÍNKY

4.1 Návrh smlouvy

Obchodní, záruční, pozáruční, platební a sankční podmínky jsou stanoveny v **Návrhu kupní smlouvy**, která tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Návrh smlouvy je závazný, dodavatel převezme její znění bez výhrad, když budou doplněna pouze vyznačená místa.

Dodavatel předloží v nabídce **Návrh kupní smlouvy**, ve které vyplní ve vyznačených místech identifikační údaje, **označení části VZ**, nabídkovou cenu, kontaktní údaje a případné další informace, jsou-li požadovány. Dále, dodavatel v Návrhu kupní smlouvy doplní nebo ponechá vyznačená ustanovení, které se týkají Části VZ, na kterou podává nabídku.

Přílohu smlouvy bude tvořit Technická specifikace, kterou dodavatel zpracuje na základě Přílohy č. 2 Výzvy – Technická specifikace. V nabídce stačí předložit Technickou specifikaci pouze jednou.

Neakceptace smluvních podmínek nebo nepřípustné doplnění či změna Návrhu smlouvy budou mít za následek vyloučení dodavatele z poptávkového řízení.

Všechny údaje uvedené v konečné smlouvě a přílohách jsou veřejné. Pokud dodavatel nesouhlasí s uveřejněním některých informací, například z důvodu ochrany obchodního tajemství, označí je v nabídce.

5 POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 Požadavky na plnění veřejné zakázky

Dodavatel poskytne plnění řádně, ve sjednaných termínech, v požadované kvalitě a množství, v souladu s uzavřenou smlouvou, zadávacími podmínkami, požadavky zadavatele a právními předpisy.

Součástí dodávek a nabídkové ceny dodavatele musí být také doprava nakupovaného zboží do místa určeného zadavatelem.

Dodávkou se rozumí:

- doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem
- provedení kompletního odborného zapojení, instalace a zprovoznění přístrojů
- základní zaškolení k používání a údržbě přístrojů
- případná likvidace vzniklého odpadu
- dodání návodů k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě v českém jazyce

Požadavky na záruku jakosti dodaného zboží:

- spolehlivý, pravidelný, rychlý servis
- v případě neodstranění závady do 48 h bezplatné zapůjčení přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje)
- záruka minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky)
- provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (PBTk) a elektrických revizí v rámci záruční doby (tj. 24 měsíců) zdarma
- garance ceny za provádění pozáručního servisu u všech částí VZ.

Délka záruky za jakost činí min. **24 měsíců**. Po dobu záruční lhůty budou bezplatně poskytovány periodické BTK kontroly dodaného přístroje.

Dodavatel je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu u Části 1 a 2 VZ po dobu alespoň **5 let** po skončení záruční doby. Pozáruční servis je předmětem této VZ v rozsahu požadavků uvedených v hodnotících kritériích v čl. 7 Výzvy a v Návrhu kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

Bude-li dodavatel zadavatelem vyzván k zajištění pozáručního servisu, bude předmětem provádění PBTk, jiných opakovaných činností, elektrických revizí, dalších zkoušek, vystavení protokolu, dodávka náhradních dílů vč. kitů (jejich periodická výměna), dodávka spotřebního materiálu a náklady na dopravu včetně času stráveného na cestě.

5.2 Krycí list

Dodavatel předloží v nabídce vyplněný **Krycí list**, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy. Do Krycího listu dodavatel vyplní identifikační údaje, název dané části VZ, celkovou nabídkovou cenu, příp. položkové ceny, délku záruky a stvrdí prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek a Návrhu smlouvy. Krycí list nemusí být podepsán, jedná-li se o elektronickou nabídku nebo je-li podepsána datová zpráva nebo soubor s nabídkou.

5.3 Technická specifikace

Zadavatel stanovil technické požadavky a parametry ve čl. 2.2 Výzvy a v Příloze č. 2 Výzvy (Technická specifikace). Dodavatel vyplní Přílohu č. 2 Výzvy, ve které specifikuje nabízené plnění. Jedná se zejména např. o rozměry, hmotnost, barvu, možnost údržby, konkrétní materiálové složení, obchodní název výrobku a výrobce. Je nepřípustné měnit, upravovat, doplňovat nebo vypouštět položky a parametry v tabulce technické specifikace. Součástí této přílohy budou výrobní listy, certifikáty a prohlášení o shodě. Podrobné pokyny jsou obsaženy v Příloze č. 2 Výzvy. Technická specifikace bude tvořit přílohu konečné smlouvy.

Zadavatel v některých částech Technické specifikace označuje konkrétními názvy přístroje, software a technologie, které v současné době využívá, a pro které požaduje s nově pořizovanými přístroji **kompatibilitu do té míry, aby byla zajištěna plná funkčnost**, a to z důvodu ochrany předchozích investic zadavatele a využitelnosti těchto přístrojů. Jedná se tedy o konkrétní označení stávajících zadavatelem využívaných přístrojů, se kterými požaduje kompatibilitu (nikoliv o označení výrobků, které mají být předmětem dodávky).

5.4 Prohlášení k OVZ

Dodavatel předloží v nabídce vyplněné čestné prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání (OVZ), které tvoří Přílohu č. 5 Výzvy. Do Prohlášení k OVZ dodavatel vyplní identifikační údaje a název dané části VZ. Prohlášení nemusí být podepsáno, jedná-li se o elektronickou nabídku nebo je-li podepsána datová zpráva nebo soubor s nabídkou.

5.5 Poddodavatelé

Dodavatel předloží v nabídce **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na veřejné zakázce. U názvu poddodavatele bude uvedeno, zda bude prokazovat kvalifikaci a v jakém rozsahu. Využít lze Přílohu č. 4 Výzvy – Vzor prohlášení a formulářů. Nebude-li nabídka obsahovat informaci, že dodavatel provede zakázku samostatně, bude mít zadavatel za to, že poddodavatele nevyužije.

5.6 Pojištění

Pojištění není požadováno.

5.7 Požadavky kontrolního orgánu

Veřejná zakázka se řídí pravidly Integrovaného operačního programu (IROP) 2014 – 2020, REACT-EU. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost během poptávkového řízení a po uzavření smlouvy, pokud jej zadavatel požádá v souvislosti s kontrolou dotačního programu. Dodavatel poskytne součinnost také při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Vybraný dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Dodavatel je povinen minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, EK, EÚD, NKÚ, příslušný orgán finanční správy, oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6 NABÍDKOVÁ CENA

6.1 Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen předložit nabídkovou cenu, kterou závazně nabízí za splnění předmětu veřejné zakázky vymezeného ve čl. 2. Výzvy a přílohách Výzvy. Celkovou nabídkovou cenu dodavatel uvede v **Krycím listu** nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) a v **Návrhu kupní smlouvy** (Příloha č. 3 Výzvy). V Části 1 a 2 VZ dodavatel vyplní v Krycím listu také cenu za 1 PBTk.

Cena za 1 PBTk za 1 rok v pozáruční době v Kč bez DPH nesmí být nulová a musí obsahovat veškeré související náklady (kromě provádění el. kontroly a PBTk také vystavení protokolu, cenu náhradních dílů a kitů, které se periodicky mění, a dopravu včetně času stráveného na cestě). V případě, že PBTk má delší než roční periodicitu, pak se veškeré náklady související s PBTk (viz předchozí věta) dělí počtem let výrobcem stanovené periodicity provádění PBTk.

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu vyplněním Krycího listu (Příloha č. 1 Výzvy), ve kterém u příslušné části VZ vyplní celkovou nabídkovou cenu a položkové nabídkové ceny v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH. Nabídková cena včetně všech položek je pevná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s plněním veřejné zakázky. **Dodavatel nesmí měnit, slučovat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek**, které obsahuje Krycí list nebo jiná příloha Výzvy k podání nabídky. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele z poptávkového řízení.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy, instalace, montáže, zaškolení, BTK, zisku, inflace a jiných nákladů. Celková nabídková cena i jednotlivé oceněné položky jsou pro danou dobu plnění pevné, nejvýše přípustné a zahrnují všechny dodávky a činnosti související s předmětem příslušné části VZ. Jednotlivé součásti nabídkové ceny budou hodnoceny podle čl. 7 Výzvy.

Ke zvýšení nabídkové ceny může dojít jen výjimečně v souladu se zákonem, například při změně sazby DPH, nebo pokud je to vyhrazeno v zadávacích podmínkách.

6.2 Limitace nabídkové ceny

Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu příslušných částí veřejné zakázky uvedenou ve čl. 2.2 Výzvy.

7 HODNOCENÍ

7.1 Hodnotící kritérium

Část 1 - Rektoskop

Část 2 - Sušící a skladovací skříň (na sušení a skladování flexibilních endoskopů)

Nabídky uvedených v Části 1 a 2 VZ budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která zahrnuje tato dílčí hodnotící kritéria:

- a) celková nabídková cena za přístroj v Kč bez DPH – váha 80 %
- b) délka záruční doby – váha 10 %
- c) cena v Kč bez DPH za 1 PBTk v pozáruční době – váha 10 %

7.2 Způsob hodnocení nabídek

Část 1 - Rektoskop

Část 2 - Sušící a skladovací skříň (na sušení a skladování flexibilních endoskopů)

V dílčím kritériu a)

Nejnižší nabídková cena za přístroj bez DPH se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 80. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 80 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu a)}$$

V dílčím kritériu b)

Nabízená délka záruční doby v měsících se vydělí číslem 60 (jako maximální délkou pro účely hodnocení) a tento podíl se vynásobí číslem 10. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu. Nabídne-li dodavatel záruku delší než 60 měsíců, bude dosazena hodnota 60 měsíců.

Vzorec:

$$\frac{\text{Hodnocená záruka v měsících}}{60} \times 10 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu b)}$$

V dílčím kritériu c)

Nejnižší nabízená cena za 1 PBTB bez DPH se vydělí hodnocenou cenou za 1 PBTB bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 10. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 10 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu c)}$$

Celkový výsledek hodnocení

Vybrána bude nabídka dodavatele, která dosáhne nejvyššího počtu bodů po součtu všech dílčích kritérií v dané části VZ.

Podá-li nabídku jediný dodavatel, nebude hodnocení provedeno.

Dosáhne-li více dodavatelů shodného počtu bodů, rozhodující bude vyšší počet bodů získaných za hodnotící kritérium a) celková nabídková cena za přístroj.

U dodavatele prvního v pořadí bude provedena kontrola obsahu nabídky, potom zadavatel rozhodne o výběru.

8 NABÍDKA

8.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **26. 4. 2022 do 10.00 hodin**.

Případná změna lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna v detailech jednotlivých částí VZ v E-ZAK uvedených ve čl. 2.2 Výzvy. Dodavatel je povinen sledovat případné změny na výše uvedených odkazech.

8.2 Forma a obsah nabídky

Nabídky se podávají písemně **v elektronické podobě** a v českém jazyce. Nabídka musí být doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Není přípustné, aby dodavatel, který podal nabídku v tomto poptávkovém řízení, byl současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci jiný dodavatel.

Elektronická nabídka se podává prostřednictvím systému E-ZAK v detailu příslušné části VZ uvedeném ve čl. 2.2 Výzvy. Dodavatel musí být zaregistrován v E-ZAK a v Centrální databázi dodavatelů (viz čl. 10.1 Výzvy). Datová zpráva s nabídkou nebo elektronická nabídka nemusí být opatřena platným elektronickým podpisem oprávněného

zástupce dodavatele. Soubory v elektronické nabídce budou nepoškozené, čitelné a v obvyklých elektronických formátech přístupných uživatelům.

Podává-li dodavatel nabídku na jednu část nebo více částí VZ, **musí nabídku podat prostřednictvím detailu konkrétní části VZ** uvedeného ve čl. 2.2 Výzvy. *Příklad: Nabídka na Část 1 se podává v detailu Části 1 VZ, nabídka na Část 2 se podává v detailu Části 2 VZ.* Je přípustné vytvořit jeden soubor s nabídkou, který bude obsahovat více částí VZ, nicméně musí být podán ve všech příslušných detailech VZ.

Zadavatel doporučuje následující řazení nabídky:

- 1) **Krycí list** – označení části VZ, vyplněné identifikační údaje, nabídková cena, položkové ceny, prohlášení;
- 2) **Technická specifikace** – vyplněná specifikace části VZ, přílohou doklady;
- 3) **Návrh kupní smlouvy** – podle části VZ, vyplněné požadované údaje a cena;
- 4) **Prohlášení o kvalifikaci** – vyplněné údaje;
- 5) **Prohlášení k OVZ** – vyplněné údaje;
- 6) **Seznam poddodavatelů** – identifikační údaje poddodavatelů;
- 7) **Další informace.**

9 POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ

9.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel může podat písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel do 2 pracovních dnů uveřejní odpověď v detailu VZ v E-ZAK dle čl. 2.1 Výzvy a v detailu příslušné části VZ dle čl. 2.2 Výzvy, v položce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“. Vysvětlení bude obsahovat dotaz bez identifikace dodavatele a odpověď. Zadavatel může uveřejnit vysvětlení i bez předchozí žádosti nebo odpovědět na pozdě doručený dotaz. Pokud budou změněny zadávací podmínky, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

9.2 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se nekoná.

9.3 Otevírání, kontrola a hodnocení nabídek

Nabídky otevrou pověřené osoby zadavatele, které poté s dalšími oprávněnými osobami zkontrolují nabídky a provedou hodnocení. Jednání, při kterých se otevírají, kontrolují a hodnotí nabídky, je neveřejné. O otevírání, kontrole a hodnocení nabídek bude pořízen protokol. Kontrolující osoby doporučí zadavateli vybraného dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva.

9.4 Rozhodnutí o výběru, vyloučení a zrušení

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Rozhodnutí o výběru bude uveřejněno v detailu VZ v E-ZAK.

Dodavatel, jehož nabídka nesplňuje požadavky zadavatele, bude vyloučen. Pokud dojde k vyloučení dodavatele z poptávkového řízení, zadavatel bezodkladně odešle oznámení vyloučenému dodavateli. Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu. Rozhodnutí o zrušení bude uveřejněno v detailu příslušné části VZ v E-ZAK.

9.5 Součinnost a uzavření smlouvy

Vybraný dodavatel bude po rozhodnutí o výběru vyzván k poskytnutí součinnosti a uzavření smlouvy na příslušnou část VZ. Ve výzvě lze požadovat předložení dalších dokladů, které jsou podmínkou uzavření smlouvy.

9.6 Uveřejnění

Na profilu zadavatele v detailu VZ v E-ZAK uvedeném ve čl. 2.1. Výzvy a v detailech jednotlivých částí VZ dle čl. 2.2 ZD budou uveřejněny základní informace o veřejné zakázce a zásadní dokumenty jako Výzva k podání nabídky

s přílohami, vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o zrušení poptávkového řízení nebo Záznam o poptávkovém řízení.

Záznam o poptávkovém řízení bude uveřejněn v E-ZAK do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy. Zadavatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv do 15 dnů po uzavření.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 E-ZAK

Systém E-ZAK je certifikovaným elektronickým nástrojem, který slouží zadávání veřejných zakázek. Dodavatelé musí být v E-ZAK registrováni, aby mohli podat elektronickou nabídku.

Na elektronický nástroj E-ZAK (<https://ezak.cnpk.cz>) je napojena **Centrální databáze dodavatelů (CDD)** portálu FEN, kde probíhá registrace a administrace uživatelských účtů. **Dodavatel se musí registrovat v Centrální databázi dodavatelů** v systému FEN.cz (<https://fen.cz/#/registrace>), kde je ověřena jeho identita. Pokud dodavatel nebude registrován, nemůže v systému E-ZAK podávat nabídky ani zasílat zprávy. Proces registrace trvá **do 48 hodin** během pracovních dnů. Další informace jsou zde: <https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/n%C3%A1pov%C4%9Bda-fen/registrace-a-ov%C4%9B%C5%99en%C3%AD-dodavatele>;

https://ezak.cnpk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf (str. 9-17)

<https://www.cnpk.cz/blog/zmena-prihlasovani-do-ezak-pro-dodavatele>

Pokud dodavatel v E-ZAKu klikne na odkaz Registrace dodavatele v levém menu, následuje informace o registraci v systému FEN.cz. Důležité odkazy:

www.FEN.cz, případně dodavatel kontaktuje podporu systému FEN či E-ZAK.

Podpora FEN - e-mail: podpora@fen.cz, Tel.: +420 515 917 947

Podpora EZAK - e-mail: podpora@ezak.cz, Tel.: +420 538 702 719

V případě, že se dodavateli nedaří zaregistrovat do FEN, může být příčinou, že byl před vyhlášením této VZ již „předregistrován“ administrátorem a jeho IČO je tak obsazeno. V tomto případě je nutné vstoupit k dokončení registrace pomocí hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu systému Centrální databáze dodavatelů FEN.cz, který byl zaslán na adresu dodavatele ze strany podpory EZAK. V případě potíží, ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat výše uvedenou podporu systému FEN nebo EZAK.

10.2 Komunikace

Komunikace mezi zadavatelem, administrátorem na straně jedné a dodavatelem na straně druhé probíhá elektronicky prostřednictvím systému E-ZAK v detailu VZ uvedeném ve čl. 2.1 Výzvy a v detailech jednotlivých částí uvedených ve čl. 2.2 Výzvy. Výjimečně může dodavatel zaslat písemnost na kontaktní e-mail nebo datové schránky zadavatele či administrátora. Nepřipouští se telefonická komunikace ani komunikace v listinné podobě, nestanoví-li Výzva jinak.

10.3 GDPR

Zadavatel je správcem osobních a citlivých údajů, administrátor zpracovatelem těchto údajů, které jsou získány v této veřejné zakázce. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, která vyplývá ze ZZVZ. Zadavatel, administrátor, jejich zaměstnanci a osoby pověřené kontrolou nabídek jsou vázáni mlčenlivostí. O veřejné zakázce je veden spis, který je neveřejný. Poté co bude poptávkové řízení ukončeno, předá administrátor spis zadavateli k archivaci. Skartační lhůta dle ZZVZ činí 10 let od finančního ukončení projektu. Dodavatel je oprávněn požádat o výmaz údajů až po uplynutí skartační doby. Další informace jsou uvedeny na webu administrátora (www.cnpk.cz).

Jestliže dodavatel považuje některé údaje z nabídky za citlivé, např. z důvodu ochrany obchodního tajemství, označí je v nabídce. V opačném případě bude uzavřená smlouva zveřejněna včetně všech údajů, které dodavatel uvedl v nabídce.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím budou poskytnuty až po skončení poptávkového řízení.

10.4 Výhrady zadavatele

Zadavatel je oprávněn ověřit si údaje z nabídky dodavatele u třetích osob.

Dodavatelům je doporučeno pravidelně sledovat informace o veřejné zakázce na profilu zadavatele v E-ZAK.

Podepisuje-li dodavatel nabídku, návrh smlouvy, prohlášení nebo jiné dokumenty, musí podpis učinit osoba oprávněná zastupovat dodavatele. Nevyplyvá-li oprávnění z výpisu z obchodního rejstříku, předloží dodavatel nejpozději do uzavření smlouvy kopii plné moci.

Zadavatel může dodavatele vyzvat k potvrzení přijetí zprávy. Pokud zadavatel či administrátor zasílá dodavateli zprávu elektronickou poštou (Outlook) a dodavatel zprávu nepotvrdí, považuje se za dobu doručení okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele (tj. okamžik, kdy je zadavateli doručeno oznámení o doručení zprávy). V případě pochybností je okamžikem doručení následující den po odeslání zprávy. Jestliže jsou zprávy zasílány v elektronickém nástroji E-ZAK, za dobu doručení se považuje okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu dodavatele v elektronickém nástroji, v případě pochybností následující den po odeslání zprávy.

Ve veřejné zakázce malého rozsahu nejsou přípustné námitky.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady spojené s účastí v poptávkovém řízení.

Varianty nabídek nejsou připuštěny.

Pokud by zadávací podmínky obsahovaly přímé či nepřímé odkazy na dodavatele, výrobky, patenty, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně připouští a umožňuje nabídnout rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění.

V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty je stanovena priorita: 1. zákon, 2. pravidla operačního programu, 3. Směrnice RPK, 4. Výzva k podání nabídky, 5. smlouva, 6. příloha Výzvy, 7. ostatní dokumenty.

Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně závazku, zadavatel přihlédne k ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout součinnost v případně kontroly veřejné zakázky ze strany oprávněných orgánů.

Je-li ve Výzvě uvedeno „poptávkové řízení“, má se na mysli „výběrové řízení“ ve smyslu Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.

Text Výzvy vč. příloh je duševním vlastnictvím příspěvkové organizace Centrální nákup Plzeňského kraje, přičemž kopírování, přebírání pasáží či zpeněžení této dokumentace je přípustné pouze s předchozím souhlasem ředitelky CNPK.

11 PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Krycí list (pro části 1 a 2 VZ)
- Příloha č. 2 Technická specifikace (pro části 1 a 2 VZ)
- Příloha č. 3 Návrh kupní smlouvy (pro části 1 a 2 VZ)
- Příloha č. 4 Vzor prohlášení a formulářů

V Rokycanech

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA

člen představenstva
Rokycanská nemocnice, a.s.

za zadavatele

Ing. Michal Filař

člen představenstva
Rokycanská nemocnice, a.s.

za zadavatele