



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 8. 4. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA

Část 7 - Dialyzační křesla

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/99/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1643/CN/22	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000564
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8881.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/266107				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176604-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0006 (1qGwzzVZ)				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Čapek – referent VZ				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpříčná 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 7. 4. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.



Dotaz č. 1:

Dobrý den

zasíláme dotaz:

Předpokládá uchazeč správně, jak je u této kategorie standardem, že zadavatel požaduje kvalitní polstrování z vysoce odolného materiálu, který dle testu Martindale Abrasion splňuje minimálně kategorii odolnosti 300.000 cyklů proti oděru?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel upřesňuje v technické specifikaci řádek 39 : Ergonomická matrace z komfortní sendvičové pěny – potah z medicínsky testované kůže, omyvatelné, dezinfikovatelné tím, že požaduje kvalitní polstrování z vysoce odolného materiálu, který dle testu Martindale Abrasion splňuje minimálně kategorii odolnosti 300.000 cyklů proti oděru, což považuje za standard.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace