



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 12. 4. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA - VZMR

Část 2 - Sušící a skladovací skříň (na sušení a skladování flexibilních endoskopů)

SPIŠOVÁ ZNAČKA:	CN/163/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1688/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000572
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8889.html				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0014 (1AihTaVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLLO:	Voldušská 750, Rokycany, 337 22			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař – člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková			E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	poptávkové
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 8. 4. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci (Příloha č. 2 Technická specifikace) požaduje: maximální hloubku sušící skříň 470 mm. Bude zadavatel akceptovat sušící skříň s hloubkou 787 mm?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na požadovaných rozměrech z prostorových důvodů.



Dotaz č. 2:

Zadavatel v zadávací dokumentaci (Příloha č. 2 Technická specifikace) požaduje: Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicínálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar. Bude zadavatel akceptovat max. tlak 0,8 bar?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na max. tlaku 0,5 baru z důvodu větší bezpečnosti při sušení endoskopů stlačeným medicínálním plynem.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace