



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 14. 4. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA - VZMR

Část 1 - Rektoskop

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/163/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1747/CN/22	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000893
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9210.html				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0014 (1AihTaVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, Rokycany, 337 22			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař – člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková			E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	poptávkové
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 12. 4. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci v části 1. „Rektoskop“ požaduje u pediatrického rektoskopu délku 20cm“. Dotaz č. 1 zní, nedošlo k překlepu v požadované délce u pediatrického rektoskopu?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto uvádí, že v technické specifikaci u pediatrického rektoskopu nedošlo k překlepu u požadované délky 20 cm a trvá na svém požadavku. V tomto případě se jedná o požadavek chirurgického oddělení na užší průměr.



Dále zadavatel v Příloze č. 2 Výzvy_Technická specifikace, upřesňuje svůj požadavek na dodávku světlovodného zdroje. Zadavatel požaduje dodat 1 ks světlovodného zdroje včetně optického kabelu.

Zadavatel přikládá novou Přílohu č. 2 Výzvy_Technická specifikace ve znění Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 14. 4. 2022.

Upozornění:

Vzhledem k výše uvedenému upřesnění a doplnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **3. 5. 2022 do 10:00 hodin**.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace