



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 19. 4. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA

Část 7 - Dialyzační křesla

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/99/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1773/CN/22	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000564
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8881.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/266107				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176604-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0006 (1qGwzzVZ)				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Čapek – referent VZ				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejrnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14. 4. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z potencionálních dodavatelů, na kterou zadavatel tímto odpovídá.



Dotaz č. 1:

Dobrý den

prosím o zodpovězení dotazu ohledně hmotnosti.

Zadavatel na základě veřejné zakázky k dialyzačním křeslům požaduje v technické specifikaci nosnost lůžka 250kg s tolerancí +/- 10% (225-275 kg).

Bude zadavatel akceptovat nosnost lůžka 220kg u námi nabízených lůžek od společnosti Greiner?

Tato lůžka splňují požadavky na testování nosnosti, který se provádí na čtyřnásobek výše uvedené jmenovité hodnoty, tj. na 880 kg.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že tento parametr není stěžejní a pokud dodavatel prokáže, že křesla jsou testována na 880 kg, bude zadavatel tento parametr akceptovat.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **25. 5. 2022 do 10.00 hodin.**

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace