



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 21. 4. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA

Část 1 Pojízdny RTG přístroj

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/101/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1814/CN/22	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000571
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8888.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/267703				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194621-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	0003 (1xPGt4VZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Veprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 19. 4. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.



Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje „Hmotnost přístroje max. 400 kg“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s hmotností 560 kg při zachování vynikajícího pohybu a lehké obsluhy používaný i ve fakultních nemocnicích?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že trvá na svém požadavku uvedeném v technické specifikaci.

Jedná se o požadavek, který splňuje více světových dodavatelů. Nízká hmotnost je důsledkem použití moderních typů baterií. Z tohoto důvodu je přístroj bezpečnější a lépe manévrovatelný.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje „Maximální výkon generátoru min. 40 kW“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s maximálním výkonem generátoru 32 kW, který je podle našich znalostí a zkušeností naprosto běžný a dostačující pro snímkování pacientů na lůžku i ve fakultních nemocnicích?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že trvá na svém požadavku uvedeném v technické specifikaci.

Snímkování při tomto požadovaném výkonu zadavateli umožňuje krátké expirační časy. Zejména u obézních pacientů má toto přímý vliv na kvalitu RTG snímků.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje „Rozsah generátoru min. 10-500 mA“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce s rozsahem generátoru 10-400 mA, který je podle našich znalostí a zkušeností naprosto běžný a dostačující pro snímkování pacientů na lůžku i ve fakultních nemocnicích?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že trvá na svém požadavku uvedeném v technické specifikaci.

Snímkování při vysokém proudu umožňuje zadavateli krátké expoziční časy, a tedy snižuje neostrost RTG obrazu při dýchání, pohybu, popř. u obézního pacienta.

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje „Napájení pomocí baterie i ve stroji, možnost externího nabíjení detektoru“.

Bude zadavatel akceptovat dodávku přístroje renomovaného světového výrobce bez možnosti dobíjení baterie detektoru ve stroji při dostatečné kapacitě baterií (až 1000 snímků na jedno nabití baterie)?



Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že trvá na svém požadavku uvedeném v technické specifikaci.

Dobíjení detektoru v přístroji přináší vyšší efektivitu, komfort obsluhy a zejména vyšší bezpečnost. Jedná se o nejdražší součást přístroje a z tohoto důvodu je nutné minimalizovat nezbytnou manipulaci s digitálním detektorem. Moderní pojízdné RTG přístroje toto standardně umožňují.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace