



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 21. 4. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA - VZMR

Část 1 - Rektoskop

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/163/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1858/CN/22	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000893
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9210.html				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0014 (1AihTaVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, Rokycany, 337 22			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař – člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková			E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	poptávkové
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 21. 4. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci u pediatrického rektoskopu požaduje průměr 9,5 mm.

Dotaz č. 2 zní: Bude zadavatel akceptovat průměr 12 mm, kdy tento průměr po zjištěných informacích vyhovuje klinickým potřebám oddělení?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že trvá na svém požadavku uvedeném v technické specifikaci.



Zadavatelem požadovaný průměr je nutný z důvodu výkonu specifických operací prováděných na pracovišti zadavatele.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace