

<b>VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1</b>					
NÁZEV ZAKÁZKY					
<b>ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – OPERAČNÍ SÁLY</b>					
Část 8      Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/79/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1909/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000007
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9230.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9230.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
Číslo VZ v systému MS2014+:	<b>VZ 0010 (1zmeyqVZ)</b>				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Rokycanská nemocnice, a.s.</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Voldušská 750, 337 01 Rokycany	<b>IČO:</b>	<b>263 60 900</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Ing. Michal Filař, člen představenstva				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	<b>IČO:</b>	<b>720 46 635</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Mgr. Daniela Procházková, vedoucí právního oddělení				
<b>E-MAIL:</b>	<a href="mailto:daniela.prochazkova@cnpk.cz">daniela.prochazkova@cnpk.cz</a>				
<b>DRUH VZ:</b>	Dodávky		Nadlimitní	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	Otevřené řízení
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dne 14. 4. 2022** byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

**Dotaz č. 1:**

Zadavatel uvádí u veřejné zakázky s názvem: „ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – OPERAČNÍ SÁLY“ přílohu č.2 ZD\_Technická specifikace\_Operační sály, ČÁST 8 - Velkoplošné monitory digitálního obrazu pro PACS.

V této technické specifikaci uvádí zadavatel požadavek: Rozlišení v MP - 5 megapixelů. Uchazeč k tomuto uvádí, že rozlišení 5 megapixelů s připočtením tolerance +-10% odpovídá rozlišení 2560 × 1440 (QHD). Tento formát rozlišení se používá u monitorů běžných stolních počítačů, ty však nemají medicínský atest. U přenosů medicínského obrazu

je standardem přenos obrazu ve FULL HD (1920x1080), nebo UHD (3840x2160). U monitoru s rozlišením rozlišení 2560 × 1440 (QHD) je možno proto zobrazit medicínský obraz ve FULL HD (1920x1080).

**Dotaz:** Je požadován medicínský atest monitoru?

**Odpověď zadavatele:** Zadavatele sděluje, že požaduje medicínský atest monitoru.

**Umožní zadavatel uchazeči se účastnit s medicínsky atestovaným monitorem s velikostí displeje - 42", s rozlišením FULL HD 1920x1080 s lepšími parametry jasu, kontrastu a dalšími?**

**Odpověď zadavatele:** Zadavatele sděluje, že neumožní.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se tímto **prodlužuje do 5. 5. 2022 do 10:00.**

V Plzni

**Mgr. Daniela Procházková**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace