

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1, Č. 2 a Č. 3					
NÁZEV ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – OPERAČNÍ SÁLY					
Část 7 Sterilizační kontejnery na nástroje					
SPIŠOVÁ ZNAČKA:	CN/79/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1913/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000007
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9230.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0010 (1zmeyqVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	263 60 900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	720 46 635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Daniela Procházková, vedoucí právního oddělení				
E-MAIL:	daniela.prochazkova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, č. 2 a č. 3 k výše uvedené veřejné zakázce.

K žádosti o vysvětlení č. 1: Dne 31. 3. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Žádám o upřesnění technické specifikace části č. 7 - Sterilizační kontejnery. Je požadováno, aby byl bod "1. Sterilizační kontejnery 15 ks" dodán jako kompletní set, tj. včetně víka, síta a silikonové podložky?

Odpověď zadavatele: Zadavatele sděluje, že po přehodnocení požadujeme kompletní sety včetně víka, síta a silikonové podložky.

K žádosti o vysvětlení č. 2: Dne 14. 4. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V bodech 5., 8. a 15. technické specifikace uvádí zadavatel požadavky na víka sterilizačních kontejnerů, které jsou vzájemně provázané.

Parametr technické specifikace č. 5. Možnost výběru 6 barev vík.

Vzhledem k technologii výroby vík a systému integrované biobariéry máme víka provedena v jedné barvě, přičemž značení sterilizačních kontejnerů v pěti různých barvách je uskutečněno pomocí výrazných madel na obou stranách sterilizačního kontejneru.

Parametr technické specifikace č. 8. Víka s integrovanými PTFE filtry pro opakované použití v souladu s EN 868 část 2, filtr validovaný na 5000 mycích a sterilizačních cyklů.

Parametr technické specifikace č. 15. Samostatná víka s integrovanými PTFE filtry pro opakované použití v souladu s EN 868 část 2, filtr validovaný na 5000 mycích a sterilizačních cyklů, celkem 10ks- 1/1 5ks, ¾ 3 ks, ½ 2 ks

Systém našich sterilizačních kontejnerů disponuje permanentní beznákladovou a bezúdržbovou biobariérou, která má neomezené použití a životnost shodnou s životností celého sterilizačního kontejneru.

Bude zadavatel – na základě výše uvedených faktů – akceptovat sterilizační kontejnery bez PTFE filtrů pro opakované použití, které však disponují permanentní biobariérou, která má životnost odpovídající životnosti sterilizačního kontejneru bez omezení počtu cyklů? Biobariérou která je integrována do jednobarevných vík a sterilizační kontejnery jsou odlišeny barvami madel? Medicínský účel ZP není těmito požadavky nijak ovlivněn.

Odpověď zadavatele: Zadavatele sděluje, že nebude.

K žádosti o vysvětlení č. 3: Dne 14. 4. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Zadavatel uvádí u veřejné zakázky s názvem: „ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – OPERAČNÍ SÁLY“ přílohu č.2 ZD_Technická specifikace_Operační sály, ČÁST 7 - Sterilizační kontejnery na nástroje.

V této technické specifikaci uvádí zadavatel požadavky:

8. Víka s integrovanými PTFE filtry pro opakované použití v souladu s EN 868 část 2, filtr validovaný na 5000 mycích a sterilizačních cyklů.,

13. Kompatibilita se stávajícími kontejnery.

Uchazeč k požadavku č. 8 uvádí, že víka s integrovanými PTFE filtry pro opakované použití v souladu s EN 868 část 2, filtr validovaný na 5000 mycích a sterilizačních cyklů odpovídají svým zadáním konkrétnímu výrobcí Bbraun Aesculap. Uchazeč nabízí parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele a to víka se systémem filtrace pomocí biobariéry, bezúdržbové, validované na minimálně 5 000 mycích a sterilizačních cyklů.

Uchazeč k požadavku č. 13 uvádí, že kompatibilita se stávajícími kontejnery je diskriminační požadavek, kde ani zadavatel neuvádí s jakými konkrétními sterilizačními kontejnery mají být kompatibilní a jakým způsobem mají být kompatibilní. Uchazeč dále k tomuto uvádí, že jednotliví výrobci z bezpečnostních důvodů nedovolují kompatibilitu s jinými výrobci, tj. nelze dle evropských norem nasazovat víko na vanu jiného výrobce. A proto se uchazeč se domnívá, že zadavatel požadavkem kompatibility se stávajícími kontejnery míní požadavek kompatibility v oblasti stohování, kde požadavek pro stohování se stávajícími kontejnery je legitimní a příslušný daným normám pro stohování sterilizačních kontejnerů. Uchazeč také uvádí, že předmětem výběrového řízení jsou kontejnery nové.

Dotaz č. 1: Umožní zadavatel uchazeči se účastnit s víky se systémem filtrace pomocí biobariéry, bezúdržbové, validované na minimálně 5 000 mycích a sterilizačních cyklů, které jsou parametry objektivně lepšími, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele?

Odpověď zadavatele: Zadavatele sděluje, že neumožní.

Dotaz č. 2: Míni zadavatel požadavkem kompatibility se stávajícími kontejnery, požadavek kompatibility v oblasti stohování, kde požadavek pro stohování se stávajícími kontejnery je příslušný daným normám pro sterilizační kontejnery.

Odpověď zadavatele: Zadavatele sděluje, že ano.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se tímto **prodlužuje do 30. 5. 2022 do 10:00.**

V Plzni

Mgr. Daniela Procházková
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace