



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA - PACIENT

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/203/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2038/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000888
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00009205				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0013 (1Bo9aIVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	VZ malého rozsahu	DRUH ŘÍZENÍ:	poptávkové řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 29. 4. 2022 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od více dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Zadavatel na základě dotazů uchazečů uveřejňuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v Závazné specifikaci „Android aplikaci přes Wifi“. V dnešní době uživatel může používat více typů zařízení s různými operačními systémy a tím pádem požadavek pouze na operační systém Android může omezovat použití bezdrátového systému. Bude tedy zadavatel akceptovat úpravu tohoto bodu s možností aplikace u operačního systému Android, iOS nebo Windows?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat úpravu tohoto bodu s možností aplikace u operačních systémů Android, iOS i Windows.

Dotaz č. 2:

Rádi bychom poprosili o upřesnění počtu jednotlivých prvků pro účely nabídky. V zadání je uvedeno 6 oddělení po 20 lůžkách. Při obhlídce však byl zjištěn počet celkem 131 lůžek a 34 WC+koupelen.

Odpověď č. 2:

V tabulce jsou dohodnuté počty z posledního ujednání při prohlídce místa plnění:

ODDĚLENÍ	POKOJE	POSTELE	SOCIÁLKY	CELKEM SIGNALIZACE
LDN A	8	30	6	36
DĚTSKÉ	8	15	4	19
INT B	8	21	6	27
INT C	8	19	6	25
CHA	9	22	6	28
CHB	6	24	6	30

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávacích podmínek zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **9. 5. 2022 do 10:00 hodin.**

V Plzni

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace