



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 3. 5. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S.

– ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA

Část 2 RDG skiografie a skiaskopie – stěna

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/101/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2076/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000900
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9217.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/267687				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194620-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0013 (1BINMWVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 2. 5. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.



Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci 2. části: RDG skiografie a skiaskopie - stěna

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace v části Detektor pro skiaskopii požaduje:

rozměry detektoru minimálně 42x42 mm

Předpokládáme, že se jedná o administrativní nedopatření a zadavatel tímto parametrem míní: rozměry detektoru minimálně 42x42 cm. Je naše domněnka správná a bude tedy zadavatel akceptovat detektor s rozměry $\geq 42 \times 42$ cm?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto uvádí, že se jedná o administrativní přepis. Minimální rozměry detektoru činí 42x42 cm.

U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci 2. části: RDG skiografie a skiaskopie - stěna

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace v části Detektor pro skiaskopii požaduje:

frekvence snímkování v minimálním rozsahu 1-7 sec.

Předpokládáme, že se jedná o administrativní nedopatření a zadavatel tímto parametrem míní: frekvence snímkování v minimálním rozsahu 1-7 s-1. Je naše domněnka správná a bude tedy zadavatel akceptovat frekvenci snímkování v minimálním rozsahu 1-7 s-1?

Odpověď zadavatele:

Jedná se o frekvenci snímkování, minim. 1-7 snímků/sec.

Tento dotaz zadavatel již vypořádal ve Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 2. 5. 2022.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace