

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3					
NÁZEV ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. - INTENZIVNÍ TECHNIKA					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/95/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2141/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000877
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9194.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/264584				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148817-2022:TEXT:CS:HTML				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, Rokycany, 337 22			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma - člen představenstva, Ing. Michal Filař - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová				
E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 odpovídá na dvě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které byla doručeny dne 3. 5. 2022 a 4. 5. 2022 dvěma dodavateli. První Žádost se vztahovala k Části 1 – Defibrilátor s monitorem. Druhá Žádost se vztahovala k Části 2 - EKG Klasické.

DOTAZY K ČÁSTI 1 – DEFIBRILÁTOR S MONITOREM:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v příloze Technické specifikace předmětu plnění (zboží), v části Defibrilátor požaduje: velikost displeje 7".

Bude zadavatel tolerovat velikost barevného displeje 6,5" s HD rozlišením, možností konfigurace údajů na obrazovce a kvalitní viditelností z boku i za ztížených podmínek viditelnosti?

Odpověď zadavatele:

Pro účelné a bezpečné používání zdravotnického prostředku a ze znalosti trhu a možností dodavatelů, kdy tento požadavek splňuje i překračuje řada výrobců, zadavatel trvá na velikosti displeje min. 7“.

Menší velikost displeje bude považována za nesplnění požadovaných minimálních technických parametrů.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v příloze Technické specifikace předmětu plnění (zboží), v části Defibrilátor požaduje: váha přístroje včetně příslušenstvím 6,5 kg.

Bude zadavatel tolerovat váhu přístroje s příslušenstvím 6,9 kg?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel počítá s využitím ZP i jako pohotovostní a resuscitační přístroj a je tedy počítáno také s jeho mobilní využitelností v rámci celého zdravotnického zařízení.

Zadavatel se znalostí a možnostmi dodavatelů trvá na max. hmotnosti vybaveného přístroje včetně příslušenství (baterie, pevné elektrody-pádla) do 6,5 kg.

Nesplnění požadovaného parametru bude považováno za nesplnění požadovaných minimálních technických parametrů.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v příloze Technické specifikace předmětu plnění (zboží), v části Defibrilátor požaduje nabití přístroje při defibrilaci na 200J za 5 s.

Bude zadavatel akceptovat nabití přístroje na 200J za 6s?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v aktuální „Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace – upravená 14. 4. 2022“ pro část 1 – Defibrilátor s monitorem požaduje nabití defibrilátoru na 200J max. do 3s.

Pro účelné a bezpečné používání zdravotnického prostředku, kdy přístroj bude používán také v rámci včasné resuscitace pacientů, zároveň i ze znalosti trhu a možností dodavatelů, kdy tento požadavek splňuje řada výrobců, zadavatel trvá na požadované rychlosti nabití přístroje na 200J do 3s.

Nesplnění požadovaného parametru bude považováno za nesplnění požadovaných minimálních technických parametrů.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v příloze Technické specifikace předmětu plnění (zboží), v části Defibrilátor požaduje dobu monitorace 8 hodin a 240 výbojů 200J s plně nabitou baterií

Bude zadavatel tolerovat dobu monitorace s plně nabitou baterií v délce 4 hodin a 100 výbojů s maximálně nabitou baterií?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v aktuální „Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace – upravená 14. 4. 2022“ pro část 1 – Defibrilátor s monitorem požaduje kapacitu baterie min. na 240 minut monitorování, min. 200 výbojů 360J.

Pro účelné a bezpečné používání zdravotnického prostředku a ze znalosti trhu a možností dodavatelů, kdy tento požadavek splňuje i překračuje řada výrobců, zadavatel trvá na požadovaných parametrech kapacita baterie na min. na 240 min. monitorování, min. 200 výbojů 360J.

Nesplnění požadovaných parametrů bude považováno za nesplnění požadovaných minimálních technických parametrů.

DOTAZY K ČÁSTI 2 – EKG Klasické:**Dotaz č. 5:**

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci, v příloze č. 2 – Technická specifikace část 2, „klávesnici s funkčními klávesami“

Uchazeč se domnívá, že tento požadavek je kvůli snadnému zadávání údajů do přístroje, při zachování vysokých hygienických standardů.

Uchazeč nabízí obdobné technické řešení, a to 10“ dotykovou obrazovku s velkou klávesnicí na obrazovce, kterou je možno ovládat také v rukavicích. Tato obrazovka se dá velice snadno dezinfikovat a splnit tak aktuální požadavky pro dezinfekci přístrojů.

Bude zadavatel považovat toto řešení za splnění požadavků zadávací dokumentace?

Odpověď zadavatele:

Z důvodu větší pevnosti a mechanické odolnosti a také pro ekonomicky výhodnější případné opravy EKG se standardní klávesnicí s funkčními klávesami oproti EKG s dotykovým displejem, zadavatel trvá na stávající specifikaci EKG - „klávesnice s funkčními klávesami“.

Nesplnění tohoto požadavku technické specifikace bude považováno za nesplnění požadovaných minimálních technických parametrů.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace