



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 ZE DNE 16. 5. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA

Část 3 - Ultrazvukový přístroj pro diagnostiku a/nebo intervence - mobilní

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/101/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2420/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000901
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9218.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/267687				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194620-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0013 (1BINMWVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 13. 5. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Požadavek :

Interní SSD disk s kapacitou 500GB

dotaz č. 1



Bude zadavatel akceptovat přístroj s kapacitou disku SSD 180 GB, který bezpečně vyhoví pro záznam z klinického hlediska zcela dostatečných, až 30 000 černobílých, barevných obrazů a klipů? Veškeré další případné požadavky na kapacitu úložiště je samozřejmě možno řešit externím diskem.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat i nabídku přístroje s touto kapacitou SSD disku.

Dotaz č. 2:

Požadavek:

2 aktivní porty pro připojení dvou sond přímo na těle přístroje

dotaz č. 2

Bude zadavatel akceptovat přístroj s možností připojení a elektronického přepínání až tří sond pomocí přepínačového modulu, který není přímo na těle přístroje? Výhodou tohoto řešení, je možnost elektricky aktivního připojení až tří sond a jejich výměnu za provozu.

Odpověď zadavatele:

Za předpokladu, že tento přepínač pracuje i v bateriovém režimu provozu, zadavatel akceptuje i toto řešení.

Dotaz č. 3:

Požadavek:

Výdrž baterie min. 2 hodiny

Dotaz č. 3

Bude zadavatel akceptovat přístroj s kapacitou baterie na 1 hodinu plného provozu? Z klinického hlediska pro provoz u lůžka na intenzivních odděleních zpravidla postačuje bateriová rezerva v rozsahu desítek minut, což by nabízený přístroj bohatě splnil. Nadto se automaticky dobíjí při navrácení do mobilního stojanu / vozíku.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat přístroj se zmíněnou dobou provozu na baterii ne kratší 60 min.

Dotaz č. 4:

Požadavek:

EvoTalk – možnost hlasového ovládání nastavení přístroje

Dotaz č. 4

Bude zadavatel akceptovat přístroj s ovládáním pomocí infračervené dotykové obrazovky a zároveň klasické taktilní klávesnice bez zmiňovaného hlasového ovládání?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje bez ovládání Evo Talk za předpokladu, že nabídnuté řešení umožní bezpečné ovládání přístroje rukou ve standardní gumové rukavici v dotykovém i taktilním režimu.



Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 6. 2022 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace