

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. – ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA A DEZINFEKČNÍ TECHNIKA

Část 9 - Automatický desinfektor

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/133/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2450/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000103
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9326.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/270912				
ODKAZ TED:					
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0005 (1qGCAhVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 16. 5. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z potencionálních dodavatelů, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V příloze ZD č. 2, Část 9 – Technická specifikace, zadavatel uvádí: Obsahuje jednu mycí a dezinfekční nerezovou komoru, která zabezpečuje efektivní a kontrolovanou dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu.

Námi nabízený plně automatický desinfektor reprocesor flexibilních endoskopů má velkou mycí a dezinfekční komoru vyrobenou ze speciálního armádního polymeru s antibakteriálním nástřikem.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicínální účel?

Odpověď zadavatele:

Pokud Vámi nabízený přístroj splňuje veškeré náležitosti dle zák. č. 268/2014 a s tímto související předpisy o základních požadavcích na výrobky dle nař. vlády č 54/2015 Sb, Č.55/2015, 56/2015, 61/2015 sb. , směrnice 90/385 RHS, směrnice 93/42 EHS, směrnice 98/79/ES, Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č 765/2008, bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicínální účel.

Dotaz č. 2:

V příloze ZD č.2, Část 9 – Technická specifikace zadavatel uvádí: Čtečka čárových kódů.

Námi nabízený reprocesor flexibilních endoskopů používá RFID technologii.

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení splňující medicínální účel?

Námi nabízené řešení nijak nesnižuje kvalitativní nároky na automatický dezinfektor flexibilních endoskopů, naopak u dezinfektoru je kladen důraz na vysoký stupeň dezinfekce a sterilizace flexibilních endoskopů, uživatelsky nenáročné ovládání, minimalizaci času cyklu mytí a dezinfekce (reprocesu) flexibilních endoskopů s tiskem validovaného protokolu z integrované tiskárny.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat Vámi nabízené řešení, pokud výrobek bude opět splňovat podmínky jako v odpovědi na dotaz č. 1.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21. 6. 2022** do 10:00 hodin.

V Plzni dne 17. 5. 2022

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace