

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. – ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

Část 10

Sprchovací lehátko

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/79/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2802/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000293
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9516.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0008 (1qGDTQVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice			IČO:	263 61 078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Daniela Procházková, vedoucí právního oddělení				
E-MAIL:	daniela.prochazkova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 24. 5. 2022 a 25. 5. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje nastavení výšky 60-90 cm. Umožní zadavatel dodavateli výšku ložné plochy 45-85 cm?

Jelikož zadavatel požaduje sprchovací lehátko s elektrickým nastavením, požaduje zadavatel také lehátko s laterálním náklonem?

Ten velmi ulehčuje práci obsluhujícímu personálu, jelikož pomáhá při polohování a otáčení pacienta, který tak nemusí vyčerpávajícím a namáhavým způsobem polohovat pacienty pouze za použití své síly, což bývá úkol velmi těžký.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel umožní dodat lehátko i s nastavitelnou výškou 45-85 cm.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci pro část 10 požaduje:

Elektrické sprchové lůžko pro umývání a transport imobilních pacientů

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat sprchovací lůžko s nastavením výšky pomocí hydrauliky?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje dodat – elektrické lůžko dle původní technické specifikace.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se tímto **mění do 4. 7. 2022 do 10:00.**

V Plzni

Mgr. Daniela Procházková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace