



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ze dne 3. 6. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. – VZDUCHOTECHNIKA

Část 2 - Vytvořitel páry (úprava vzduchu pro COS)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/132/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2831/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000092
ODKAZ – EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9315.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/270755				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229038-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0003 (1qGBZKVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 31. 5. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v části 2 od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

dobrý den,

jako dodavatel vytvářel páry do ČR sdělujeme, že vytvářel páry nejsou zdravotnickým prostředkem ve smyslu zákona o zdravotnických prostředcích a z tohoto důvodu nepodléhají též registraci v registru zdravotnických prostředků vedeném v SUKL

z tohoto důvodu také dodavatel není schopen předložit doklad o registraci a prosíme tedy o upřesnění, zda skutečně zadavatel požaduje předložit doklad o registraci v RZPV.



Odpověď zadavatele:

Na základě stanoviska SUKL, zadavatel nepožaduje předložit doklad o registraci v RZPV.

S ohledem na skutečnost, že zboží, které je předmětem plnění v části 2 VZ není zdravotnickým prostředkem, zadavatel dále nepožaduje garanci zajištění pozáručního servisu v části 2 VZ po dobu alespoň 5 let po skončení záruční doby, provádění PBTK a předložení nabídkové ceny v Kč bez DPH za 1 PBTK v pozáruční době.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel též upravuje:

- 1) znění Zadávací dokumentace v článcích 2.3. předmět VZ, v čl. 3.2 Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ), v čl. 3.3. Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ), čl. 5.1 Požadavky na plnění veřejné zakázky, v čl. 6.1 Zpracování nabídkové ceny, v čl. 7.1 Hodnotící kritérium a v čl. 7.2 Způsob hodnocení nabídek.
- 2) Přílohu č.1 ZD_Krycí list v části 2 VZ
- 3) Příloha č.3.b ZD_Návrh kupní smlouvy_část 2 VZ

Zadavatel současně přílohou přikládá nové znění dokumentů ve znění Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 3. 6. 2022 a to:

- 1) Zadávací dokumentace ve znění Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 3. 6. 2022
- 2) Příloha č.1 ZD_Krycí list ve znění Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 3. 6. 2022
- 3) Příloha č.3.b ZD_Návrh kupní smlouvy_část 2 dle Vysvětlení ZD č. 2 ze dne 3. 6. 2022

Toto vysvětlení ZD se týká pouze Části 2 - Vyvíječ páry (úprava vzduchu pro COS)

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **11. 7. 2022 do 10:00 hodin.**

Plzni dne 3. 6. 2022

Mgr. Renata Janoušková

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace