



NVYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ze dne 7. 6. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. – VZDUCHOTECHNIKA

Část 2 - Vytvořič páry (úprava vzduchu pro COS)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/132/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2957/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000092
ODKAZ – EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9315.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/270755				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229038-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0003 (1qGBZKVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 2. 6. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

dobrý den

mám několik dotazů a připomínek k akci domažlická nemocnice - dodávka 2 ks vytvořičů páry:

1. ve vaší specifikaci ve VZ není uvedena úpravna vody znamená to, že není součástí dodávky? K našim vytvořičům potřebujeme nutně úpravu vody na parametry, které požaduje výrobce - jinak není možné brát záruku - obvykle dodáváme úpravnu vody jako součást dodávky vytvořičů



Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto sděluje, že Úpravna vody není součástí dodávky vyvíječů. Dodávka úpravny vody je řešena odděleně a vyhlášována jako samostatná VZ.

Dotaz č. 2:

2. Je součástí event. dodávky také napojení/montáž nových vyvíječů? A jestliže ano, budou napojeny jako náhrada za dva staré vyvíječe, které tam již jsou? tzn. budou stát na stejném místě, budou napojeny na stejná media?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. 5. 1. ZD.

Ano, součástí dodávky vyvíječů je také napojení + montáž nových vyvíječů. Zadavatel sděluje, že přesné rozměry vyvíječů budou známy po rozhodnutí o výběru dodavatele a odeslání oznámení o výběru. Dále zadavatel sděluje, že předmětné zboží bude umístěno (situováno) do místa, na kterém se nacházejí stávající vyvíječe. Součástí předmětu plnění je též napojení na stávající media s novou úpravnou vody.

Dotaz č. 3:

3. to samé platí o demontáži a odvozu starého přístroje - také toto samozřejmě zvýší cenu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v čl. 5. 1. ZD.

Zadavatel tímto uvádí, že předmětem plnění VZ je též demontáž a ekologické likvidace původních vyvíječů.

Dotaz č. 4:

4. takže event. naše nabídka, pokud bude zahrnovat i bod 2. a 3., nebude odpovídat ceně uvedené ve VZ (kč 619945)

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil v čl. 2. 2. ZD předpokládanou hodnotu předmětné části 2 - Vyvíječ páry (úprava vzduchu pro COS) a to ve výši 619 945,00 Kč bez DPH.

Dále zadavatel v čl. 6.2 Limitace nabídkové ceny stanovil, že celková nabídková cena dané části VZ nesmí překročit předpokládanou hodnotu této části veřejné zakázky uvedenou ve čl. 2.2 ZD.

V případě překročení předpokládané hodnoty VZ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení.

Dotaz č. 5:

5. dále vám musím ale bohužel sdělit, že pokud se týká platebních podmínek, tak v žádném případě nebudeme akceptovat platební podmínky, uvedené ve vašem návrhu kupní smlouvy - jakožto jednatel firmy (česko-rakouské) musím respektovat dost přísná pravidla platebních podmínek, které byly dohodnuty s majoritním rakouským vlastníkem a to i za cenu ztráty event. dodávky - tzn. požadujeme 40% platby při objednání a 50% po dodání vyvíječů na místo určení - zálohové faktury se splatností do 10 dnů - zbytek 10% po uvedení do provozu a předání kupujícímu



ke smlouvě máme i další výhrady, ale ty nejsou tak nepřekonatelné a dá se o nich jednat - týká se to především vyřizování event. záručních oprav - ale jako celek smlouvu akceptovat bohužel nemůžeme

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že veškeré platební podmínky a požadavky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy. Zadavatel na stanovených podmínkách a požadavcích trvá.

Upozornění:

Vzhledem k uvedenému vysvětlení a upřesnění zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Plzeň dne 7. 6. 2022

Mgr. Renata Janoušková

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace