



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 10. 6. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÉ VYBAVENÍ

Část 3 - Nasofaryngoskop flexibilní

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/102/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2933/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000221
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9444.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/274756				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288429-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0006 (1qKGAQVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod PSČ 333 01			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.- místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 3. 6. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel ve výběrovém řízení „Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. – endoskopické vybavení“ uvádí v kupní smlouvě v bodě 7.9. požadavek pro „nástup k odstranění vad bezodkladně, nejpozději do 24 hodin ode dne nahlášení vady kupujícím“.



Účastník se domnívá, že termín zahájení odstranění vady nebo servisního úkonu ve lhůtě nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady je nepřiměřený. Předmětem zakázky není přístrojová zdravotnická technika (např. plicní ventilátory), která by přímo zajišťovala životní funkce pacienta a musela by být servisována v požadovaných termínech. Velmi časté u těchto položek je, že termín pro nástup k odstranění vad je 48 hodin.

Bude Zadavatel akceptovat dojezd technika do 48 hodin v pracovní době?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat nástup k odstranění vad bezodkladně, nejpozději do 48 hodin ode dne nahlášení vady kupujícím.

Zadavatel současně přílohou přikládá nové znění Přílohy č.3a ZD_Návrh kupní smlouvy_část 1-5 dle Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 10. 6. 2022

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **13. 7. 2022 do 10:00 hodin.**

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace