

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/120/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3360/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000310
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9533.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/274824				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276230-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 007 (1qGD9rVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDL:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDL:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová	E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 2 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k části 1 – Monitor životních funkcí předmětné VZ, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Zadavatel uvádí u veřejné zakázky ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE Část 1 Monitor životních funkcí požadavek na velikost displeje min. 17".

Vzhledem k celkovému popisu všech funkcí monitoru, se již dnes jedná o běžný monitor. Ten, je ve většině případů uživateli využíván z důvodu transportu a přemístění s obrazovkou 12". Bude zadavatel akceptovat při splnění všech medicínských požadavků, min. 12" monitor?

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že trvá na požadavku stanoveném v technické specifikaci na velikost monitoru – min. 17". Zadavatel nebude akceptovat monitor o velikosti 12".

Dotaz č. 2: V technické specifikaci část 1 "Monitor životních funkcí" zadavatel požaduje velikost displeje min. 17". Vzhledem k požadavku na monitorování základních parametrů vitálních funkcí - EKG (3 svody), Respirace, NIBP a SpO2, které v principu neposkytují velké množství grafických a numerických údajů pro zobrazení na displeji, se domníváme, že pro zobrazení požadovaných parametrů se zachováním komfortu pro uživatele je vhodný i monitor s 15" displejem, při zachování medicínského účelu zdravotnického prostředku. Umožní zadavatel nabídnout monitor s 15" displejem?

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že trvá na požadavku stanoveném v technické specifikaci na velikost monitoru – min. 17". Zadavatel nebude akceptovat monitor o velikosti 15".

Upozornění:

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek k části 1 VZ – Monitor vitálních funkcí do 30. 6. 2022 do 10:00 hodin** z důvodu dodržení lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace min. 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace