



ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ DODAVATELE

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA

Část 6 - Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka (endoskopická sestava)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/100/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3067/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000899
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9216.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/267687				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194620-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0013 (1BINMWVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o vyloučení

dodavatele **MeWAdia s.r.o.**, IČO: 27683818, se sídlem Hlinky 64, 603 00 Brno, ze zadávacího řízení protože údaje předložené v nabídce nesplňují zadávací podmínky.



Odůvodnění:

V Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace v části 6 VZ zadavatel požadoval v technických požadavcích na vysokofrekvenční elektrochirurgickou jednotku maximální výstup cca 120 W. U všech numericky stanovených specifikací byla povolena odchylka +/- 10 %.

Dodavatel ve své nabídce, uvedl maximální výstup 400 W, čímž byla překročena maximální požadovaná hodnota. Dodavatel nesplnil požadavky zadavatele a zadávacích podmínek.

Požadavek maximálního výstupu výkonu 120W, u vysokofrekvenční elektrochirurgické jednotky, byl stanoven na uvedenou maximální hodnotu z bezpečnostních důvodů. Během flexibilní endoskopie v GIT a plicích jsou na vysokofrekvenční jednotku napojeny monopolární a bipolární instrumenty s maximálním výstupem výkonu do 120W. V případě jakéhokoliv možného nastavení výstupu nad 120W, které jednotka také umožní, může dojít k nesprávné funkci připojených instrumentů, jejich poškození, dále poškození endoskopu, a v neposlední řadě, je zde vážné riziko poškození pacienta.

Zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, protože předložené údaje nabízeného zboží nesplňují zadávací podmínky a požadavky zadavatele.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

V Rokycanech

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA

předseda představenstva
Rokycanská nemocnice, a.s.

za zadavatele

Ing. Michal Filař

člen představenstva
Rokycanská nemocnice, a.s.

za zadavatele