

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. – NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO VIROLOGII

Část 3 - RealTime PCR + připojení analyzátoru PCR

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/55/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3562/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000351
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9681.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/279040				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332543-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0001 (1AVWOoVZ)				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLLO:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Čapek, referent VZ				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička			E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj laboratorních kapacit CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0016983				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 26. 06. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dobrý den, prosíme o odpovědi na tyto dotazy:

Dotaz č. 1: Znamená zkratka PBTk provádění BTK s periodou 1x za rok?

Odpověď zadavatele: Ano, zkratka PBTk znamená BTK s periodou provádění 1x za rok.

Dotaz č. 2: V odstavci 5.4. návrhu kupní smlouvy pro část 3 jsou vyjmenované činnosti, které budou součástí jedné pozáruční BTK. Počítá zadavatel s tím, že v případě poruchy přístroje bude prodávajícím naúčtována jiná cena než cena vyčíslená v čl. 5.5. za jeho opravu, čas technika, dopravu, potřebné náhradní díly a případně potřebné zkoušky nutné k uvedení přístroje po opravě do provozu?

Odpověď zadavatele: Ano, mimozáruční porucha se účtuje zvlášť, účtování poruchy není součástí BTK v mimozáruční době.

Dotaz č. 1: Prosíme o sdělení, zda částka za 1 ks PBTk vyčíslená v čl. 5.5. má krýt i veškeré náklady k odstranění případné poruchy přístroje.

Odpověď zadavatele: Cena za provedení 1 PBTk za 1ks po dobu pozáručního servisu, která zahrnuje náklady na činnosti pozáručního servisu uvedené v čl. 4.4. Smlouvy nekryje náklady k odstranění případné poruchy přístroje.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Dominika Komašková
právníčka
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace