

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

KLATOVSKÁ NEMOCNICE, a.s. - NOVÉ DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/35/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3586/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000146
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9369.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/278287				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Plzeňský kraj				
SÍDLO:	Škroupova 18, Plzeň, 306 13			IČO:	70890366
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Rudolf Špoták - hejtman Plzeňského kraje				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Roman Zarzycký - náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Dana Kocová				
E-MAIL:	dana.kocova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	----				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 27. 6. 2022 byly doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

- Prosíme o vysvětlení, jakým způsobem má být oceněna položka č. 15 u objektu demolice:

15	K	K246	Kovy, ocel, železo atd.- výkup surovin- o naložení s tímto odpadem rozhodne investor	t	15,000
----	---	------	--	---	--------

Máme uvedenou položku ocenit zápornou cenou? Jakým způsobem bude naloženo s kovovým odpadem?
Komu připadne výtěžek z výkupu?

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Ocení se pouze práce na demontáži ocelových konstrukcí. **Kovový odpad zůstane majetkem zadavatele.**

Dotaz č. 2:

- Ve stavební části je položka č. 201:

201	K	K229	Stavební přípomoc k TZB (vysekání, zahození, prostupy atd.)	kpl	1,000
-----	---	------	---	-----	-------

Žádáme zadavatele, aby přesně specifikoval výše uvedenou položku. Prosíme o jasné definování rozsahu prací a uvedení měřitelného množství, neboť jednotka kpl nestanovuje množství, a to vede k nejednotnému nacenění položky všech uchazečů a tím k případnému znevýhodňování se.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Doplňujeme údaj pro ocenění – 50 m2

Dotaz č. 3:

3. Rozsah prací a dodávky není také jasný u položek č. 86, 226 a 227:

86	K	K250	Oprava atiky v místě stávajícího objektu- bude upřesněno na stavbě	kpl	1,000
226	K	K230	D+M opatření dle PBŘ (hasící přístroje, bezpečnostní tabulky, protipožární ucpávky atd.)	kpl	1,000
227	K	K248	D+M informační a navigační systém, značení	kpl	1,000

Prosíme o odstranění jednotky kpl a nahrazení jednotkou měřitelnou (např. kusy, metry, m2). Dále prosíme o jasné definování výše uvedených položek, co vše a v jakém počtu má být v položkách oceněno, neboť v PD není specifikace uvedena. U položky č. 86 je uvedeno, že bude upřesněno na stavbě, ale jak máme položku ocenit v tuto chvíli?

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Položka 86 – oprava atiky (nadezdívka 30 m2 + napojení na stávající střechu včetně izolace tl. 180 v ploše 14 m2)

Položka 226 – viz požární zpráva, tj. 7 ks práškových hasicích přístrojů + 30 ks bezpečnostních tabulek. Protipožární ucpávky jsou uváděny ve VV jednotlivých profesí. Pouze profese VZT a topení neměly tyto položky ve VV. Přidáváme je do VV v celkovém rozměru 6 m2.

Položka 248 – informační a navigační systém – označení u dveří 47 ks , patrové a směrové tabule 6 ks, podlahové značení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace – 13 m

Dotaz č. 4:

4. Ve stavební části pol. 231:

231	K	K258	D+M revizní bezpečnostní dvířka 500x1000mm	kus	2,000
-----	---	------	--	-----	-------

Prosíme o uvedení materiálu dvířek a uvedení případné požární bezpečnosti.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Tato položka bude odstraněna, zůstala ve VV z původní varianty

Dotaz č. 5:

5. V PD ve výpisu oken chybí schématické zobrazení jednotlivých oken. Není tedy jasné, jak budou okna členěna a jaké rozměry mají mít jednotlivá křídla. Na výkresech pohledů jsou okna sice zobrazena, ale vzhledem k tomu, že na výkrese chybí značení oken, není možné si je spárovat s výpisem prvků. Prosíme o doplnění.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Do výkresu pohledů je doplněno označení oken dle výpisu a je zde zřejmé členění . U položky č.357 došlo k chybě v textu v základním rozměru. Rozměr okna není 1450 x 1115 , ale 1450 x 4460 mm. Proto posíláme i upravený výpis oken se zanesením této změny. S touto změnou souvisí vyznačené úpravy položek 151 – 188 ve VV .

Dotaz č. 6:

6. Ve výpisu vnitřních dveří není uveden materiál dveří ani povrchová úprava. Není jasné, zda se jedná o dveře s povrchovou úpravou CPL nebo HPL nebo je požadována jiná povrchová úprava. Stejně tak není jasné, zda dveře mají být voštinové nebo z dutinkové dřevotřísky nebo plné dřevotřískové. Prosíme o doplnění jasné specifikace.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Navržené dveře jsou s povrchovou úpravou CPL , dutinková dřevotříska

Dotaz č. 7:

7. V oddíle truhlářských prací je uvedena položka č. 346:

346	K	K207	D+M kuchyňské linky vč. spotřebičů- cena dle výběru investora- předpoklad 1.500.0000 Kč/kpl	kpl	1,000
-----	---	------	---	-----	-------

Prosíme o sdělení, jakým způsobem má být uvedená položka oceněna. V PD chybí výkresy a specifikace ke kuchyňským linkám. Mají všichni uchazeči ocenit kuchyňské linky stejnou cenou? V případě, že ano, prosíme o uvedení ceny. Předpokládáme, že v popisu položky je cenový překlep.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Doplňujeme položku o výpis v metrech a s výpisem dřezů a výlevků

Dotaz č. 8:

8. V truhlářských prací je položka č. 358:

358	K	K257	D+M obklad stěn a příček laminátovým obkladem vč. podkladního roštu (vč. opláštění horní hrany u nízkých příček)	m2	56,170
-----	---	------	--	----	--------

Prosíme o specifikaci obkladové desky.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Jedná se o dřevotřískovou laminovanou desku. Horní krycí deska je ze stejného materiálu.

Dotaz č. 9:

9. Prosíme o doplnění výkresů a specifikace ke zvedací plošině. V PD jsme nic nenalezli. Bez uvedení bližší podrobnosti není možné plošinu nacenit.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Přepravní deska 1200x 800 s pomocnou konstrukcí do betonové patky a stěny budovy. Nosnost min.250 Kg , Zdvih 2,96 m. Pojezdová rychlost 0,9 m/s. Plošina Ral 7040 , Komaxit . Branka , ohrazení plošiny a pomocné konstrukce –

žárový zinek. Pojezdová dráha – nerezová ocel. El. Připojení 3NPE 400V/1NPE 230V. Např. dle vzorového schématu v příloze odpovědi.

Dotaz č. 10:

10. V části ZTI je položka č. 143:

143	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce - Geodetické zaměření kanalizace - není předmětem této cenové kalkulace	soubor	1,000
-----	---	-----------	--	--------	-------

V popisu položku je uvedeno, že není předmětem této cenové kalkulace. Znamená to, že tuto položku nemáme oceňovat?

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

V položce mažeme text „není předmětem této cenové kalkulace„. Oceňte uváděné práce, které jsou v tomto případě spojené s kolaudací stavby a skutečným provedením.

Dotaz č. 11:

11. Prosíme o specifikování záchytného systému, neboť v PD chybí jakákoliv specifikace.

Odpověď zadavatele/zpracovatele PD:

Počítá se se 17ks kotvících bodů pro pokrytí všech okrajů střechy a výklenků. Budou použity kotvící body do plechu výšky 500mm tzn. TSL 500 T10 . Výkres kotvy v příloze odpovědi.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V zastoupení zadavatele:

Ing. Dana Kocová - administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace