

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. – ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

Část 7 Překládové zařízení s nosností minimálně 180 kg

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/79/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3612/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000293
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9516.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0008 (1qGDTQVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice			IČO:	263 61 078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpřnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Daniela Procházková, vedoucí právního oddělení				
E-MAIL:	daniela.prochazkova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 13. 6. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v dodatečných odpovědích ze dne 31. 5. 2022 upřesnil, že dále trvá na parametru, že překládová stěna musí obsahovat displej zobrazující právě prováděnou činnost v ČJ.

Domníváme se, že po ukončení výroby jednoho z dřívějších výrobců, v současné době není v naší republice žádný dodavatel splňující tuto podmínku.

Dotaz:

Neuvažuje zadavatel o přehodnocení tohoto parametru a jeho akceptaci ve formě „popis činnosti zobrazujícího stav prováděné činnosti pomocí LED kontrolky a popis v ČJ“? Tato forma plně splňuje požadovaný medicínský účel zařízení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že jej bude akceptovat ve formě „popis činnosti zobrazujícího stav prováděné činnosti pomocí LED kontrolky a popis v ČJ“.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se tímto mění do **1. 8. 2022 do 10:00.**

V Plzni

Mgr. Daniela Procházková
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace