

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA

Část 4 - Akumulátorová vrtačka

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/99/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3936/22/CN	SYSTÉMOV É ČÍSLO VZ:	P22V00000281
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9508.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/278937				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332537-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 004 (1qGCyTVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - člen představenstva Mgr. Jaroslav Šíma - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička			E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) a § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Zadavatel uvádí v příloze č. 2 ZD Technická specifikace pro část 4 – Akumulátorová vrtačka, ve výčtu požadovaných parametrů v části – Obecné požadavky, mimo jiné požadavek na vlastnosti baterie: „napětí 14 - 20 V, min.kapacita 2000 mAh, 28,8 Wh + 1 ks náhradní baterie.“

Uchazeč může nabídnout zařízení, které splňuje všechny ostatní požadavky, s baterií s odlišným parametrovým mixem napětí 25.2V / kapacita 1.2Ah / výkon 30.24 Wh.

Bude zadavatel akceptovat nabídku zařízení, splňujícího všechny ostatní požadované parametry, s baterií s parametrovým mixem napětí 25.2V / kapacita 1.2Ah / výkon 30.24 Wh, poskytující vyšší užitnou hodnotu ve výkonu (výdrž baterie), které je široce využíváno v klinické praxi a plně splňuje požadovaný medicínský účel?

Odpověď zadavatele: Zadavatel bude akceptovat baterii s parametrovým mixem napětí 25.2V / kapacita 1.2Ah / výkon 30.24 Wh.

Upozornění:

Vzhledem k připuštění navrhovaných technických parametrů zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **22. 08. 2022 do 10:00 hodin**.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Dominika Komašková

právnička

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace