

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - VYBAVENÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ

Část 1 – Křeslo multifunkční (odběrové)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/54/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	4029/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000355
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9471.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/276072				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292889-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0017 (1qKJwNVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	26361086		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva MUDr. Iva Pešková, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička	E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 18. 07. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Znění žádosti:

Dobrý den, prosíme o vysvětlení nebo odpovědi na následující otázky k technické specifikaci:

Dotaz č. 1: úhlově stavitelný opěrák a nožní část pomocí plynového pístu s aretací ve všech pozicích

Bude akceptováno nastavení těchto segment elektromotrem?

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje navržené řešení.

Dotaz č. 2: vybaven kolečky min. Ø 150 mm, zadní otočná kolečka s brzdou min. Ø 100 mm

Bude akceptováno křeslo se čtyřmi otočnými bržděnými kolečky Ø 75 mm?

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje navržené řešení.

Dotaz č. 3: stavitelné kluzáky pro vyrovnání nerovnosti podlahy

Nastavitelné kluzáky jsou v kolizi s požadavkem na pojízdne křeslo s kolečky. Bude akceptováno křeslo bez stavitelných kluzáků?

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel akceptuje navržené řešení.

Upozornění:

Vzhledem k připuštění nových technických parametrů zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 25. 08. 2022 do 10:00 hodin.**

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Dominika Komašková

právnička
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace