

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA

Část 10 - Světlo operační LED

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/36/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	4090/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000344
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9484.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/276078				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292901-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0004 (1qGG9DVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva MUDr. Iva Pešková, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička			E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byla dne 20. 07. 2022 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Bude zadavatel akceptovat index podání barev Ra 96 pro hlavní a satelitní svítidlo?

Odpověď zadavatele: Uvedený parametr splňuje technické parametry zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2: Bude zadavatel akceptovat nastavení intenzity osvětlení v rozsahu 31,25-100% (50 000 – 160 000lx)

Odpověď zadavatele: Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 3: Bude zadavatel akceptovat provedení svítidel z bílých a barevných LED diod? Toto provedení nemá vliv na funkci a medicínský účel.

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na technických parametrech uvedených v Zadávací dokumentaci, tj. jen monochromatické bílé LED.

Dotaz č. 4: Bude zadavatel akceptovat teplotu chromatičnosti 3500 – 4500K nastavitelnou ve 3 krocích

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na technických parametrech uvedených v Zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 5: Prosím o upřesnění požadavku na záložní zdroj(UPS), jakou dobu má být schopen napájet operační světla.

Odpověď zadavatele: Záložní zdroj (UPS), musí být schopen napájet operační světla po dobu min. 3 hodin.

Upozornění:

Vzhledem k připuštění nových technických parametrů, zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **29. 08. 2022 do 10: 00 hodin.**

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Dominika Komašková

právnička
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace