

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S.					
- OPERAČNÍ TECHNIKA					
Část 11 – Shaver + vybavení					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/36/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	4091/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000344
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9485.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/276078				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292901-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0004 (1qGG9DVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	26361086		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva MUDr. Iva Pešková, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička	E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byla dne 20. 07. 2022 doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Dobrý den, po vysvětlení zadávací dokumentace bychom rádi věděli, zda u shaverové motorové ručky může uchazeč nabídnout zařízení s váhou 800g včetně kabelu a rozsah otáček měkkých fréz u oscilace až 3000 ot./min., při zachování medicínského účelu

Bude zadavatel akceptovat toto nabízené řešení? Za upřesňující odpověď k ZD předem děkujeme.

Odpověď zadavatele: Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Upozornění:

Vzhledem k připuštění nových parametrů přístroje, zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **29. 08. 2022 do 10:00 hodin.**

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Dominika Komašková

právnička
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace