

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S.					
- OPERAČNÍ TECHNIKA					
Část 10 - Světlo operační LED					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/36/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	4373/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000344
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9484.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/276078				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292901-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0004 (1qGG9DVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	26361086		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva MUDr. Iva Pešková, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička	E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Žádáme o vysvětlení „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9“, ve kterém zadavatel konstatuje, že index podání barev Ra 96 splňuje technické parametry uvedené v Zadávací dokumentaci.

Dovolujeme si upozornit, že v zadávací dokumentaci zadavatel požaduje index podání barev minimálně Ra 98 a proto světla s indexem podání barev Ra 96 nesplňují zadávací dokumentaci.

Domníváme se, že se jedná o chybu v textu odpovědi zadavatele a žádáme o její opravu, protože již ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1“ zadavatel odmítl možnost nabízet světla s Ra 97.

Pokud by bylo umožněno nabízet světla s indexem Ra 96, znamenalo by to výrazné snížení kvality operačního světla požadované v Závazné specifikaci zadavatele.

Odpověď zadavatele: Zadavatel potvrzuje, že při zpracovávání odpovědi na Dotaz č. 1 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, došlo k tiskové chybě a opravuje svou odpověď:

„Uvedený parametr nesplňuje technické parametry zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Zadavatel trvá na podání barev min. Ra 98.“

Zadavatel tedy **nebude** akceptovat index podání barev Ra 96 pro hlavní a satelitní svítidlo a trvá na parametrech uvedených v zadávací dokumentaci.

Dodavatelé, kteří již podali nabídku, která nesplňuje uvedený požadavek, jsou oprávněni podanou nabídku zneplatnit a podat ji znovu.

Upozornění:

Vzhledem k výše uvedenému, zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **16. 09. 2022 do 10: 00 hodin.**

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Dominika Komašková

právnička
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace