

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ					
NÁZEV ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – OPERAČNÍ SÁLY					
Část 5 Instrumentační vozík					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/79/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	4736/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000007
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9230.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0010 (1zmeyqVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	263 60 900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpříčská 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	720 46 635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Daniela Procházková, vedoucí právního oddělení				
E-MAIL:	daniela.prochazkova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o zrušení

zadávacího řízení na **ČÁST 5 – Instrumentační vozík** výše uvedené veřejné zakázky, neboť v zadávacím řízení je jediný účastník.

Odůvodnění:

Zadávací řízení bylo zahájeno dne 23. 3. 2022. Po skončení lhůty pro podání nabídek dne 27. 4. 2022 byla podána pouze jedna nabídka. Během posouzení nabídky účastníka bylo zjištěno, že v příloze č. 2 – Technická specifikace zadavatel požadoval, aby byla nosnost plata minimálně 40 kg. Dodavatel v nabídce

předložil nosnost plata pouze 30 kg. Z důvodu hospodárnosti zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na výše uvedenou část na základě § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ, neboť v zadávacím řízení je jediný účastník. Přihlédnuto bylo k uvedenému zjištění. O výběru zadavatel předtím nerozhodl.

Poučení:

Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

V Rokycanech

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA

předseda představenstva

Rokycanská nemocnice, a.s.

za zadavatele

Ing. Michal Filař

člen představenstva

Rokycanská nemocnice, a.s.

za zadavatele