

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA					
Část 3 – Močový analyzátor					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/89/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	5091/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000343
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9566.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275292				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282764-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0015 (1qGFK6VZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Richard Volín			E-MAIL:	richard.volin@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o zrušení

zadávacího řízení na **Část 3 – Močový analyzátor** veřejné zakázky „**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA**“, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Odůvodnění:

Zadávací řízení bylo zahájeno dne 23. 5. 2022. Ve lhůtě pro podání nabídek (do 17. 7. 2022) byly doručeny 3 elektronické nabídky. Zadavatel vyzval dodavatele prvního v pořadí ke zdůvodnění mimořádné nízké nabídkové ceny, která byla o 56 % nižší než předpokládaná hodnota této části VZ a o 43 až 50 % nižší než ostatní podané nabídky. Vyzvaný dodavatel prohlásil, že nabízený přístroj splňuje minimální požadavky zadavatele. Zadavatel následně zjistil, že v některých nemocnicích mají s tímto typem přístroje negativní zkušenosti. Při konkrétním testu, který má zadavatel k dispozici v rámci zápůjčky přístroje, bylo prokázáno, že analyzátor vydával ne zcela plně validní výsledky, nebyla spokojenost s pipetovací jednotkou, poté byl přístroj stažen z provozu. Velmi nízká cena tohoto typu analyzátoru rovněž svědčí k nižší kvalitě prováděných testů.

Zadavatel zamýšlí pořídit kvalitní přístroj, který bude vydávat plně validní spolehlivé výsledky a bude uživatelsky dobře ovladatelný. Vzhledem k tomu, že nabízený přístroj účastníka prvního v pořadí vzbuzuje důvodné pochybnosti o řádném a kvalitním fungování, rozhodl zadavatel o zrušení Části 3 uvedené veřejné zakázky na základě § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Po zrušení zadávacího řízení zadavatel přepracuje technickou specifikaci tak, aby bylo eliminováno riziko výběru levného nespolehlivého analyzátoru. Určité parametry budou upřesněny nebo zpřísněny. Nabídku poté podají kvalifikovaní dodavatelé, kteří nabízejí analyzátor vyšší kvality.

Poučení:

Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od oznámení rozhodnutí.

V Domažlicích

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA

předseda představenstva
Domažlická nemocnice, a.s.

za zadavatele

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.

místopředseda představenstva
Domažlická nemocnice,

za zadavatele