

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/107/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	5167/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000482
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9705.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/290392				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464112-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0001 (1AVNysVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová	E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj laboratorních kapacit CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0016982				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 13. 9. 2022 byly doručeny 2 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k **části 3 – laminární box** a k **části 5 – automatický izolátor nukleových kyselin**, na které zadavatel tímto odpovídá.

DOTAZY K ČÁSTI 3 – LAMINÁRNÍ BOX

Dotaz č. 1:

Vážená paní magistro,

Tímto bych vás chtěl požádat o dodatečné informace k této veřejné zakázce Pro část 3. – laminární box:

1. V technických parametrech je požadavek u položky č. 3 Skříň laminární box – 1 ks.
 - a.) – maximální vnější rozměry: 1500 x 1000 x 2000 mm
 - b.) – Riziková třída II.

1.a.) Náš dotaz zní:

1.a a.) Pro technický parametr „maximální vnější rozměry : 1500 x 1000 x 2000 mm“

Tímto bychom požádali o upřesnění, zdali se jedná o maximální rozměry v pořadí :

Vnější šířka max. 1500 mm

Vnější hloubka max. 1000 mm

Vnější výška max. 2000 mm

Jelikož je u vašich parametrů povolena tolerance +/-10%, tak u parametru **max. vnější hloubka** je i s tolerancí, možno nabídnout pouze laminární box s rozměrem 900 mm a ne menším. Jelikož naprostá většina světových výrobců nabízí maximální vnější hloubku v rozmezí 780 až 850 mm, z důvodu nastěhování a také praktického využití biohazard boxu k práci, tak bychom se chtěli zeptat, jestli je možné nabídnout biohazard laminární box v této toleranci maximální vnější hloubky ??

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel toleruje maximální vnější hloubku 780- 850 mm, ale trvá na maximálních vnitřních rozměrech: 1300 x 600 x 660 mm (šxh xv).

Dotaz č. 2:

1.b.) Náš dotaz zní:

2.b b.) Pro technický parametr „Riziková třída II .“

Jelikož předpokládáme, že se jedná o biologický, bezpečnostní laminární box třídy II A (Biohazard) se dvěma HEPA nebo ULPA filtry, rádi bychom požádali o potvrzení, že se jedná opravdu o tento laminární box rizikové třídy IIA.

Tímto předem děkuji za vaši odpověď

Odpověď zadavatele:

Ano, jedná se o biohazardní box rizikové třídy IIA.

DOTAZY K ČÁSTI 5 – AUTOMATICKÝ IZOLÁTOR NUKLEOVÝCH KYSELIN

Dotaz č. 1:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“) na dodávky s názvem „ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ“, část 5 – Automatický izolátor nukleových kyselin uveřejněné na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9710.html zadavatele Domažlická nemocnice, a.s., se sídlem Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ: 72046635 (dále jen „Zadavatel“).

V souladu s čl. 9. Zadávací dokumentace a dle § 98 ZZVZ žádáme Zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v následujících bodech:

Zadavatel v technické specifikaci části 5. Automatický izolátor nukleových kyselin, uvedl jako požadavek „Variabilní extrakční systém pro izolaci DNA/RNA z různých typů vzorků – výtěry, sliny...” dále pak požadavek na „Doba extrakce max. 15 minut”. Vzhledem k tomu, že izolátory vyšetřují různé typy vzorků a tyto jsou z pravidla izolovány z různou časovou náročností, Zadavatel neuvedl pro jaký typ vzorku (izolace FFPE vzorků, bakteriální izolace, izolace ze stolice, izolace virová slin) je jeho časový interval relevantní.

Může Zadavatel specifikovat pro jaký druh vzorku je relevantní Zadavatelem stanovená doba extrakce, případně může uvést požadavky na maximální dobu extrakce i pro další běžné extrakce požadovaného variabilního extrakčního systému?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje následující maximální doby extrakce pro:

- Izolace bakteriální nukleové kyseliny např. ze sputa a výtěrů – max. 12 min
- Izolace DNA/RNA ze stolice – max. 15 min
- Izolace virové nukleové kyseliny – max. 9 min
- Izolace FFPE vzorků – max. 15 min

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci části 5. Automatický izolátor nukleových kyselin nestanovil, jaký princip izolace požaduje.

Může zadavatel uvést, jaký princip izolace požaduje, zda požaduje princip magnetické separace pomocí magnetických částic nebo tzv. kolonkovou izolaci?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje izolaci na principu magnetické separace pomocí magnetických částic bez nutnosti přenášení reagensů.

Zadavatel požaduje možnost užití předvyplněných reagenčních souprav umožňujících provedení až 32 izolací současně, rovněž také možnost izolace individuální od 1 samostatného vzorku bez ztráty reagensů.

Dotaz č. 3:

Je požadavkem Zadavatele, pro požadovaný Automatický izolátor nukleových kyselin, dle technické specifikace části 5., doložit jeho Prohlášení o shodě svědčící o certifikaci zařízení dle nejnovější Směrnice EU 2017/746 pro IVDR produkty?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Ano, Zadavatel požaduje zařízení s platnou certifikací dle Směrnice EU 2017/746 pro IVDR produkty.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek pro část 3 – laminární box a část 5 – automatický izolátor nukleových kyselin do **21. 10. 2022 do 10:00 hodin**.

Úpravy technické specifikace jsou patrné v Příloze č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 – Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – technická specifikace – úpravy jsou označeny **žlutým podbarvením**.

Přílohy:

Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 – Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – technická specifikace

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace