



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 16. 9. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. – ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA A DEZINFEKČNÍ TECHNIKA - VZMR

Část 2 Hysteroskop (Storz- tenký, s prac.kanálem)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/42/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	5205/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000506
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9729.html				
ODKAZ VVZ:				
ODKAZ TED:				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková	E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	poptávkové
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14. 9. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci na řádce 1 „Kompaktní hysteroskop pro diagnostické a operační hysteroskopie 1ks“ nicméně na řádce 2 poté uvádí podmínku „Rozebíratelný“. Pro vyloučení veškerých pochybností se proto ptáme, zdali bude Zadavatel, bez jakékoli penalizace, akceptovat nabídku kompaktního hysteroskopu s možností rozebrání částí pro čištění jako jsou např. ventily pracovních kanálů, při zachování maximálního vnějšího průměru a pracovního kanálu?



Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude bez penalizace akceptovat kompaktní hysteroskop s možností rozebírání částí pro čištění, jako jsou např. ventily pracovních kanálů.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **3. 10. 2022 do 10:00 hodin.**

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace