

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – REHABILITAČNÍ TECHNIKA – 2. VYHLÁŠENÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/159/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	5963/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000705
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9927.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/299693				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586965-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0025 (1PdIOaVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová	E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 26. 10. 2022 **žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k části 1 – Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení** předmětné VZ. Dne 1. 11. 2022 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK od téhož dodavatele další žádost o objasnění zadávací dokumentace, která byla v prvních 4 dotazech shodná s první žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26. 10. 2022. Žádost o vysvětlení ze dne 1. 11. 2022 obsahovala navíc dotaz č. 5. Zadavatel tímto odpovídá na obě výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na dovysvětlení některých věcí u veřejné zakázky pro Domažlickou nemocnici v 1. části.

V technické specifikaci je uvedeno, že se jedná o:

Řídící přístroj pro léčení dysfunkce svalové hmoty, bolestivých stavů pohybového aparátu a funkčních poruch krční a bederní páteře, pánve a ramen metodou neuromuskulární aktivace (Neurac – viz níže *). Přístroj šíří vibrace po lanech. Vibrace jsou aplikovány do vybraných partií těla a dávkování je řízeno nastavením frekvence, energetické úrovně a tvarem vibrace.

To ale není pravda. Jelikož by nemocnice musela mít dokoupenou Stimulu, která není součástí Workstationu. Oni o tom vědí, jelikož jsem to s nimi včera komunikovala, ale raději se ptám, zda je potřeba list technické specifikace upravit a nebo zda tam do technického požadavku uvedu, že tuto funkci nemá a je to v pořádku.

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že bude **akceptovat pouze základní vybavení**. To znamená, že vibrace po lanech **nemusí být součástí požadovaného plnění**. Zadavatel v souvislosti s dotazem dodavatele upravil technickou specifikaci k části 1 VZ, změna technické specifikace je patrná v Příloze č. 1 Vysvětlení ZD č. 1.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel musí splnit všechny požadavky uvedené v aktualizované technické specifikaci, aby byla jeho nabídka zařazena k hodnocení.

Dotaz č. 2: ve foto dokumentaci jsou dvě fotografie. Na jedné z nich je vyfocena chodba nejspíše s bílou rampou? V dokumentaci se píše, že délka závěsné rampy bude sloužit pro zavěšení Workstationu? Jedná se na fotce tedy o tu rampu? Jelikož jestli ano, není možné do ní Workstation zavěsit. Prosím jen o informaci, proč je vyfocená chodba, když, pokud dobře chápu, bude Workstation v tělocvičně?

Odpověď zadavatele: Zařízení nebude umístěno na chodbě, ale **v tělocvičně**, prohlídka místa plnění je naplánována na 3.11.2022 – 10.00 hod. - uvedeno v čl. 9.2. ZD – možno pořídit fotodokumentaci a zaměření na místě.

Dotaz č. 3: ve smlouvě, bod 8.2. je uvedeno, že dodavatel zaškolí zaměstnance kupujícího v proškolení ostatních zaměstnanců. To ale nemůžeme poskytnout, jelikož máme oprávnění provádět proškolení o bezpečnosti práce, nikoliv poskytnout školení o proškolení ostatních zaměstnanců.

Odpověď zadavatele: Zadavateli postačí proškolení v rozsahu bezpečnosti práce všech zaměstnanců odd. REH. Dodavatel provede zaškolení zaměstnanců odd. REH při předání a instalaci – bude zajištěna jejich přítomnost. Zadavatel v souvislosti s touto změnou upravil čl. 8.2 Kupní smlouvy pro část 1 VZ, který nyní zní:

„8.2. Po předání přístroje provede Prodávající úvodní základní zaškolení Kupujícího k obsluze přístroje v potřebném rozsahu, a to nejpozději do skončení technického testování ve čl. 6.3. Smlouvy. Následně Prodávající zajistí po předchozí žádosti Kupujícího další školení pro pověřené zaměstnance Kupujícího v

potřebném rozsahu. ~~Prodávající současně zaškolí určené zaměstnance Kupujícího tak, aby byli následně schopni samostatně proškolovat pracovníky Kupujícího k obsluze zařízení. Po provedení zaškolení (instruktáže) Proávající o tomto vyhotoví dokumentaci, kterou předá Kupujícímu k archivaci. Kupující může o provedení následného školení požádat nejpozději do konce záruční doby přístroje.~~

Dotaz č. 4: V technické specifikaci je uvedeno místo pro sériové číslo, které ale workstation nemá. Prosím o informaci, zda tedy kolonku můžeme nechat volnou. Na workstation lepíme po montáži naše čísla, pod kterými vše evidujeme.

Odpověď zadavatele: Zadavatel netrvá na uvedení sériového čísla; pokud výrobek toto číslo nemá, zadavatel si přiřadí evidenční číslo dle vlastní majetkové evidence. Dodavatel může v tomto případě nechat příslušnou kolonku nevyplněnou.

Dotaz č. 5: Náš technik se bohužel nebude moci 3.11. dostavit na zaměřený prostor. Je možnost domluvit jiný termín? Prosím o kontakt na někoho, s kým se popřípadě můžeme spojit ohledně termínu.

Děkuji Vám za objasnění a přeji Vám hezký den.

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že umožní vedle již naplánované prohlídky místa plnění, která proběhne dne 3. 11. 2022, dále také **individuální prohlídky místa plnění**. Individuální prohlídka místa plnění bude smluvena mezi zadavatelem a dodavatelem prostřednictvím individuálních zpráv zasílaných přes E-ZAK. **Dodavatel, který má zájem o sjednání prohlídky místa plnění, zašle zadavateli prostřednictvím E-ZAK žádost o stanovení termínu prohlídky místa plnění s návrhem termínů jejího konání.**

Upozornění:

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek k části 1 VZ – Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení do 5. 12. 2022 do 10:00 hodin** z důvodu úpravy zadávacích podmínek vč. technické specifikace.

Přílohy: Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 – Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace – upravená 2. 11. 2022

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace