

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – REHABILITAČNÍ TECHNIKA – 2. VYHLÁŠENÍ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/159/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	6553/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000705
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9927.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/299693				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586965-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0025 (1PdIOaVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová	E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 29. 11. 2022 **žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k části 1 – Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení** předmětné VZ, na kterou tímto zadavatel odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

ráda bych se ještě zeptala na informaci k pozáručnímu servisu. Dle doporučení výrobce (XX) je po 5 letech doporučená výměna popruhů z důvodu bezpečnosti. Máme tuto cenu zadat do cenové nabídky, popřípadě kam? Nebo se to pak bude řešit zvlášť? Balíček popruhů pro výměnu na celý XX stojí XX,- Kč bez DPH. Měníme ale až po těch 5 letech.

Odpověď zadavatele:

V souladu s č. 6.1 Zadávací dokumentace „Cena za 1 PBTK za 1 rok v pozáruční době v Kč bez DPH nesmí být nulová a **musí obsahovat veškeré související náklady** (kromě provádění el. kontroly a PBTK také vystavení protokolu, **cenu náhradních dílů a kitů, které se periodicky mění**, a dopravu včetně času stráveného na cestě). **V případě, že PBTK má delší než roční periodicitu, pak se veškeré náklady související s PBTK (viz předchozí věta) dělí počtem let výrobcem stanovené periodicity provádění PBTK.**“

Dotaz č. 2: Dále bych se ráda zeptala zda ve smlouvě máme opravit číslo 8.2., které bylo změněno dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 1?

Odpověď zadavatele:

Ano, dodavatel je v souladu se zněním Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 oprávněn odstranit z čl. 8.2. Návrhu smlouvy následující větu: „*Prodávající současně zaškolí určené zaměstnance Kupujícího tak, aby byli následně schopni samostatně proškolení pracovníky Kupujícího k obsluze zařízení.*“

Aktuální znění čl. 8.2. Návrhu smlouvy zní:

„8.2. Po předání přístroje provede Proávající úvodní základní školení Kupujícího k obsluze přístroje v potřebném rozsahu, a to nejpozději do skončení technického testování ve čl. 6.3. Smlouvy. Následně Proávající zajistí po předchozí žádosti Kupujícího další školení pro pověřené zaměstnance Kupujícího v potřebném rozsahu. Po provedení školení (instruktáže) Proávající o tomto vyhotoví dokumentaci, kterou předá Kupujícímu k archivaci. Kupující může o provedení následného školení požádat nejpozději do konce záruční doby přístroje.“

Dotaz č. 3: Poslední otázku mám ještě na technickou specifikaci, kde chybí ve vybavení AXIS. Máme ho tam doplnit? Našla jsem tam pouze vyjmenované 1x akrální popruhy, které jsou ale součástí AXISU, který tam nikde nevidím. AXIS je součástí XX. Následně tam jsou uvedeny "přílohy" - ty slouží pro vložení linku, který odkáže na vybavení XX?

Děkuji za Vaši odpověď.

Pozn. zadavatele: zadavatel odstranil z dotazů dodavatele označení konkrétních výrobků a konkrétní ceny v zájmu zachování hospodářské soutěže.

Odpověď zadavatele:

Součástí nabídky musí být veškeré příslušenství potřebné pro plnou funkčnost nabízeného přístroje. Pokud jsou tedy akrální popruhy součástí většího celku příslušenství k přístroji, musí být součástí nabídky veškeré související příslušenství potřebné pro zajištění plného využití akrálních popruhů.

Do kolonky pro přílohy dodavatel uvede odkaz na dokumenty přiložené k nabídce, ze kterých bude možné ověřit údaje z technické specifikace, případně zjistit bližší technickou specifikaci nabízeného plnění (např. produktové listy, apod.).

Upozornění:

Lhůta k podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace