



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 8. 12. 2022

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA 2

Část 1 - Matrace

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/95/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	6864/CN/22	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000852
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10072.html				
ODKAZ VVZ:				
ODKAZ TED:				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0020 (1RUHFrVZ)				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Jiří Zeithaml - člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA - místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Čapek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková	E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 7. 12. 2022 byla prostřednictvím E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z potencionálních dodavatelů, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, u aktivních matrací je zadavatelem požadován systém střídání tlaku 1-3, nebo vyšší. Námi nabízený systém má střídání tlaku 1-2. Dle přiložené odborné publikace je toto nejvhodnější systém, který zajišťuje prvotřídní prokrvení tkáně a tím zabraňuje vzniku dekubitu. Námi nabízené systémy byly důkladně testovány a jsou určeny pro intenzivní medicínu, nehledě na technické řešení alternace. Bude zadavatel akceptovat alternativní řešení se střídáním tlaku v celách v poměru 1-2?



Odpověď zadavatele:

Zadavatel **nebude** akceptovat alternativní řešení se střídáním tlaku v celách v poměru 1-2.

Odůvodnění:

Dotazovatel se ve svém dotazu opírá o 14 let starou publikaci. V nejnovějších systémech 1-3 a vyšších, má pacient lepší oporu, díky rozložení váhy pacienta na větší počet nahuštěných komor. Matrace je pro pacienta šetrnější, jelikož se váha rozkládá na větší plochu, tj. vytváří se nižší tlak na zatížené tkáň. Pacient díky lepší podpoře vícero napuštěných cel vůbec nedolehne na povrch cely vypuštěné. Tyto systémy dokážou dosáhnout skutečně nulového tlaku na tkáň nad vypuštěnou celou.

Zadavatel vychází z předchozích zkušeností s těmito systémy, kdy dosáhl s tímto novým systémem lepších výsledků ve výskytu dekubitů, a proto trvá na daných údajích v technické specifikaci dokumentace veřejné zakázky – systém střídání tlaku v celách 1-3 a vyšší.

Upozornění:

Vzhledem k upřesnění zadávací dokumentace zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace