



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)

ČÁST 13 – KOLPOSKOL VYŠŠÍ TŘÍDY

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/218/CN22	ČÍSLO JEDNACÍ:	86/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000827
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00010048				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0026 (1PUH9BVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, zadavatel tímto odpovídá:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje „kontinuální zoom, minimálně osminásobné zvětšení“.

Lze nabídnout 22násobné zvětšení v pěti krocích?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „kontinuální zoom“ a současně „minimálně osminásobné zvětšení“.

Odpověď na dotaz je tedy ne, protože by nebyla dodržena jedna ze dvou nutných podmínek.

Dotaz č. 2:

Dovolujeme si požádat o vysvětlení ZD v rámci VZ: Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice II. vyhlášení – část 13 Kolposkol vyšší třídy

Zadavatel u předmětné části VZ stanovil v článku 3.3 Technická kvalifikace – Seznam významných dodávek pro část 13 rozsah následovně: min. 2 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího

řízení. Předmětem dodávek jsou dodávky zdravotnických přístrojů. Významnou dodávkou se rozumí dodávka 1 ks přístroje dle předmětu u části 13.

Bude Zadavatel akceptovat prokázání technické kvalifikace pomocí 2 zakázek obdobného plnění v požadované hodnotě s přístroji dvojího určení, které využívají stejnou optickou soustavu jako v případě kolposkopu, ale jsou určeny pro jiné indikace, například jako mikroskop?

Zadavatel tím, že akceptuje prokázání seznamu významných dodávek dle výše uvedeného požadavku, umožní účast ve veřejné zakázce většímu počtu dodavatelů.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel netrvá na tom, aby se 2 významné dodávky (poskytnuté za poslední 3 roky) týkaly právě dodání kolposkopu. Pro splnění podmínky prokázání technické kvalifikace lze tedy akceptovat i dodání obdobných přístrojů.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 6. 2. 2023 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace