



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ
(VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ
TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ
TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST 11 – DEFIBRILÁTOR S AUTOMATICKÝCH A MANUÁLNÍM REŽIMEM**

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/218/CN22	ČÍSLO JEDNACÍ:	175/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000827
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00010048				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0026 (1PUH9BVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, zadavatel tímto odpovídá:

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci je uveden požadavek "Hmotnost: do 7 kg".

Je tím tedy myšleno: Hmotnost: do 7 kg včetně kompletního příslušenství (defibrilační pádla, baterie, kabely přenosná brašna, držák na postel, atd.)?

Odpověď zadavatele č. 1:

Ano, hmotnost do 7 kg je včetně kompletního příslušenství.

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci je uveden požadavek "Displej: Barevný TFT".

Vzhledem k tomu, že se defibrilátory používají i k monitoraci, bylo by možné definovat velikost displeje?

Bude zadavatel akceptovat standardní velikost displeje 7"?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel požaduje minimální velikost displeje 8" (20 cm), nebude tedy akceptovat displej o velikosti 7".

Dotaz č. 3:

V technické specifikaci je uveden požadavek "Tiskárna". Bylo by možné specifikovat min. šířku papíru do tiskárny? Bude zadavatel akceptovat šířku papíru 80 mm?

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel požaduje minimální šířku papíru do tiskárny 100 mm, nebude tedy akceptovat tiskárnu s šířkou papíru 80 mm.

Dotaz č. 4:

V části 11 (Defibrilátor) požaduje zadavatel v technické specifikaci následující parametr: „Doba nabíjení: adaptér méně než 7 s na 200 J“.

Domníváme se, že tím zadavatel míní dobu nabíjení na požadovanou energii výboje při provozu defibrilátoru na elektrickou síť s vloženou baterií. Je naše domněnka správná?

Odpověď zadavatele č. 4:

Ano.

Dotaz č. 5 a č. 6:

Zadavatel výše uvedenou veřejnou zakázku (dále jen VZ) rozdělil na 17 samostatných částí, z nichž každá jednotlivá část v Zadávací dokumentaci, příloze č. 2 ZD, obsahuje Technickou specifikaci. Účastník se domnívá, že v části 12 Anesteziologický přístroj včetně monitorace je uvedena technická specifikace pouze k monitoru životních funkcí, nikoliv k anesteziologickému přístroji. Účastník tímto žádá zadavatele o doplnění technické specifikace v části 12 k anesteziologickému přístroji?

Zadavatel v části 12 Anesteziologický přístroj včetně monitorace v technické specifikaci požaduje u monitoru životních funkcí multiprvkové ovládání, kombinace otočného navigačního ovládacího prvku s tlačítky přímých vstupů jednotlivých funkcí o velikosti displeje min. 17". Účastník by rád nabídl plnohodnotný monitor životních funkcí o velikosti displeje min. 17" s bezdotykovým ovládáním. Bude zadavatel akceptovat toto řešení k ovládání jednotlivých funkcí?

Odpověď zadavatele č. 2:

Vznesené dotazy se netýkají této části VZ, ale technické specifikace části 12 Anesteziologický přístroj včetně monitorace.

Opravená technická specifikace bude uveřejněna v detailu odpovídající části VZ.

Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je také upravená technická specifikace, tak aby odpovídala aktuálním požadavkům zadavatele (viz odpověď č. 2 a č. 3)

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 10. 2. 2023 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace